

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL JUSTICIA
FORMATO DE COTIZACION**

PART.	REQ	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	105624	10	LAMPARA PARA ILUMINACION (SISTEMA DE ALUMBRADO DE AREA REMOTA). SEGÚN FICHA TÉCNICA		
2	105629	1	EQUIPO DE ANALISIS DE BOLSAS DE AIRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
3	105835	1	EQUIPO PARA "RAYOS X". SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
4	105912	6	MESA DE TRABAJO . SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
5	105918	1	MESA DE LABORATORIO CON CUBIERTA EPOXICA 1.50 X .76X .89 DE ALTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
6	105922	1	MESA DE LABORATORIO CON CUBIERTA EPOXICA 2.70 X .76X .89 DE ALTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
7	105923	2	MESA DE ACERO INOXIDABLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
8	105957	1	CAMARA DE CALENTAMIENTO CABINA FUMIGACIÓN DFO/NINHYDRIN. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
9	106548	1	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y FLUJO LAMINAR. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
10	106554	1	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
11	106556	1	DESHUMIDIFICADOR. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
12	106558	1	EQUIPO OPTIMIZADOR DE HUELLAS LATENTES. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL JUSTICIA
FORMATO DE COTIZACION

PART.	REQ.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	106560	1	FUENTE DE LUZ FORENSE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
14	106561	1	HORNO DE CONVECCION. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
15	106588	7	LAMPARA PARA ILUMINACIÓN (TIPO FARO ESCENICO). SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
16	106595	6	SIERRA PARA HUESOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
17	106597	1	ASPIRADORA FORENSE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
18	106599	1	MUFLA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
19	106602	1	PULVERIZADOR DE HUESO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
20	106603	1	PURIFICADOR DE AIRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
21	106604	4	RACK PARA CADAVER. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
22	106607	1	SANITIZADOR DE CUARTO UV PORTATIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
23	106610	1	TERMOCICLADOR. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
24	107094	1	MICROSCOPIO CON CAMARA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
25	106476	1	ESTEREO MICROSCOPIO CON CAMARA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL JUSTICIA
FORMATO DE COTIZACION

PART.	REQ.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
26	105953	1	CAMARA DE CALENTAMIENTO FUMIGACION DE CIANOCRILATO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
				SUBTOTAL	
				I.V.A.	
				TOTAL	

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
1	10	<p>LAMPARA PARA ILUMINACION Sistema de Alumbrado de área remota Que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con luz LED tipo High Flux con vida útil de 50,000 horas • Que tenga 2 lámparas con 6 LED por cabeza con haz de luz de 120° de amplitud • Con batería de 12 V recargable, con tiempo de carga completa de 6 horas • Que mida de Largo de cabeza de 6.5" (16.5 cm) ancho de 7.87" (20 cm) y alto 2.56" (6.5 cm) (aproximadamente) • Altura mástil extendido de 70.87" (180 cm), largo del cable 13.78" (35 cm) • Peso de 55 lbs (24.95g) (aproximadamente) • Maletín de uso rudo • Batería recargable • Garantía de un año
2	1	<p>EQUIPO DE ANÁLISIS DE BOLSAS DE AIRE</p> <p>CDR DLC Base Kit: Includes: F00E900145 AC Power supply 03001070 Adaptador para encendedor de cigarros F00K108287 Standard 16 pin OBDIIDCL cable F00K108954 CDR CAN Plus CE Modulo Interface Module F00K108953 USB Adaptador serial</p>
	1	<p>CDR-US DLC Base Kit: Incluye: 020003090 GM12 pin DLC cable F00K108709 DLC Adapter 1 F00K108784 DCL Adapter 2 DLC3 Adapter 3 F00K108221 PCM Adapter</p>
	1	<p>CDR D2M Kit: 10-28 Incluye: 02003321 GM ACM cable (2.8 Release) 02003320 GM ACM Cable (2.8 Release) 02003293 GM ACM Cable (2.7 Release) 02003274 Ford ACM Cable (2.7 Release) 02003043 Ford ACM (Pre-2.7 Release) 02003004 GM ACM Cable (Pre-2.7 Release) 02003003 GM ACM Cable (Pre-2.7 Release) 02002888 gm ACM Cable (Pre-2.7 Release) 02002877 15 pin Extension Cable (Pre-2.7 Release) 02002829 GM ACM Cable (Pre-2.7 Release)</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
2	1	02002828 GM ACM Cable (Pre-2.7 Release) CDR D2MKit 30-31 Incluye FOOK108387 ACM Adapter (3.1 Release) FOOK108385 Chrysler Cable (3.1 Release) FOOK108384 Ford RMC RC6 Cable (3.1 Release) FOOK108383 Ford RMC RC5 Cable (3.1 Release) FOOK108382 Ford RMC AB9 Cable (3.1 Release) FOOK108228 Chrysler AMC Cable (3.0 Release) FOOK108227 Chrysler AMC Cable (3.0 Release) FOOK108226 Chrysler AMC Cable (3.0 Release) FOOK108225 Ford AMC Cable (3.0 Release) FOOK108224 Ford PMC Cable (3.0 Release) FOOK108223 Ford PCM Cable (3.0 Release) FOOK108222 Ford PCM Cable (3.0 Release)
	1	CDR D2M Kit 33-40 Incluye: FOOH108513 Toyota ACM Cable (4.0 Release) FOOH108514 Toyota ACM Cable (4.0 Release) FOOH108515 Toyota ACM Cable (4.0 Release) FOOH108516 Toyota ACM Cable (4.0 Release) FOOH108517 Toyota ACM Cable (4.0 Release) FOOK108710 Fiat ACM Cable (3.8 Release) FOOK108797 Ford ACM Cable (3.7 Release) FOOK108798 Chrysler ACM Cable (3.6 Release) FOOK108546 Chrysler ACM Cable (3.5 Release) FOOK108516 Chrysler ACM Cable (3.4 Release) FOOK108455 GM ROSS ACM Cable (3.3 Release) FOOK108454 GM ACM Cable (3.3 Release) FOOK108453 Chrysler ACM Cable (3.3 Release) FOOK108452 GM ACM Cable (3.3 Release)
	1	CDR D2M Kit: 50-100 Incluye: FOOK108799 Volvo ACM Cable (10.0 Release) FOOK108796 BMW ACM Cable (8.0 Release) FOOK108795 Suzuki ACM Cable (8.0 Release) FOOK108794 Suzuki ACM Cable (8.0 Release) FOOK108793 Suzuki ACM Cable (8.0 Release) FOOK108792 Mazda ACM Cable (8.0 Release) FOOK108790 CDR ACK Adapter (8.0 Release)
	1	Ford ACM Cable (16.5 Release): Part# 1699200428; Cable ID# 823
	1	CDR back powering rig "deluxe" by FactualDiagrams.com
	1	Volkswagen Group FlexRay ACM Cable (16.3 Release): Part # 1999200129; Cable ID 813
	1	Laptop DELL Vostro 14-3458

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
2	1	Capacitación por 5 días en nuestras instalaciones, que incluya el material necesario
		Instalación y puesta en marcha
		1 año de garantía
3	1	<p>RAYOS X MARCA OF MODELO 200.80 Solución de Rayos X Escáner de cuerpo completo sistema OFX™200.80 Equipo para examinación rápida de cuerpo por medio de radiografías digitales, diseñado para el uso forense, que cuenta con herramientas de software para el análisis, seguimiento de expediente y almacenamiento en banco de imágenes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de radiografía digital que proporciona información por medio de escaneo de cuerpo completo • Imágenes de alta calidad en menos de un minuto • Utiliza fuente de rayos X altamente colimado para producir un haz estrecho que minimiza la dosis de radiación. • Cuenta con protección blindada por lo que NO ocupa un cuarto blindado para su operación y cumple con el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos (21CFR1020.10) • Permite la detección y localización en un escaneo de cuerpo completo de objetos extraños en imágenes de alta resolución. • Resolución de imagen de 51p/mm, sobre 65,000 niveles de gris a 16 bits • Proyección simultanea (vertical lateral y oblicua) • Área de imagen activa 2000 (ancho) X 800 (profundo) • Dimensiones externas (mm): 2,950 (Ancho) x 1,800 (Profundo) x 2,140 (Alto) • Carga máxima de 250 Kg • Peso Neto: 1,000 a 1,500 Kg • Generador de Alta Frecuencia de 30 kV • Rango nominal de voltaje de ánodo 40 Kv-140 Kv • Tubo de rayos X de ánodo rotatorio, FS.6 ml/1.5mm • Enfriamiento por medio de baño de sellado hermético de aceite • Duración de tiempo de transmisión de 100% • Requerimientos de energía de 110/230 VAC±10% • 50-60 Hz • Consumo máximo 10A @ 230V/20ª @ 110V • Temperatura de operación de 0° C to 40° C • Humedad de operación 10% to 90 % sin condensar • Dosis de rayos X (cuerpo completo) 150 µ Sv-600 µ Sv • Detector de 200 µ m / 0.2 mm • Resolución espacial 5 lp/mm

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> • Sistema PACS para almacenamiento y gestión • Sistema RIS para visualización, análisis toma de medidas entre otras herramientas (Zoom, Constaste, Giro, Brillo) • Herramienta de seguimiento y documentación de casos forenses • Compatible HL7 • Visualizador de imágenes DICOM de escritorio • Visualizador de imágenes DICOM web funcional desde un navegador web • Visualizador desde una tableta o teléfono • Interfaz DICOM 3.0 • Sistema de distribución por medio de grabación DVD • Servidor con procesador Intell XEON, con 16 Gb de RAM y disco duro de 2 TB en RAID 1 (2 Discos físicos en espejo) o superior • Monito de 24 pulgadas o superior • Sistema operativo basado en Linux para la operación interna • Sistema de protección eléctrica UPS • Capacitación en sitio • Instalación y puesta en marcha • Garantía por dos años (24 meses) contra piezas y defectos de fabricación
4	6	<p>MESA DE TRABAJO</p> <p>CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTRUCTURA PTR Y MARCO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 • CON CUBIERTA DE POLIMERO TRASLUCIDO • LUZ INTERIOR FLUORESCENTE • HECHAS A MEDIDA 30 PULGADAS DE ALTO X 42 ANCHO X 52 LARGO • GANCHO DE FIGACION PARA UNIR MESAS • SISTEMA ELECTRICO INTEGRADO CON CONTACTOS PARA INTERCONECTARSE ENTRE MESAS <p>QUÉ INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUESTA EN MARCHA • GARANTIA DE UN AÑO • CAPACITACIÓN AL PERSONAL • ENTREGA EN EL INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES, AV. GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERIAS, MONTERREY, NUEVO LEON.
5	1	<p>MESA DE LABORATORIO CON CUBIERTA EPOXICA</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MESA DE LABORATORIO CON CUBIERTA EPOXICA 1.50 X .76 X .89 DE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<p>ALTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • FABRICADO CON DOS GABINETES DE .75 CM. CADA UNO, EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, • UNO CON DOS CAJONES Y OTRO CON 3 CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN DESLIZABLES SOBRE BALEROS. • EL MUEBLE VA SENTADO SOBRE UN ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE; LLEVA UNA CUBIERTA DE RESINA EPOXICA SÓLIDA (DURCON) DE 1 UNA PULGADA DE ESPESOR.
6	1	<p>MESA DE LABORATORIO CON CUBIERTA EPOXICA CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MESA DE LABORATORIO CON CUBIERTA EPOXICA 2.70 X .76 X .89 DE ALTO. • FABRICADO CON DOS GABINETES DE .95 CM. CADA UNO, EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, • UNO CON DOS CAJONES Y OTRO CON 3 CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN DESLIZABLES SOBRE BALEROS, EN EL CENTRO LLEVA UN ÁREA DE TRABAJO DE 80 CM. • CON TOLVA EN LA PARTE POSTERIOR Y DESCANSA-PIES EN ACERO INOXIDABLE. • EL MUEBLE VA SENTADO SOBRE UN ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE; LLEVA UNA CUBIERTA DE RESINA EPOXICA SÓLIDA. (DURCON) DE 1 UNA PULGADA DE ESPESOR.
7	2	<p>MESA DE ACERO INOXIDABLE CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.00 X .76 X .89 CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 MM CON BASE DESCANSA PIES, CON PATAS DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE Y REGATONES PARA NIVELAR.
8	1	<p>CÁMARA DE CALENTAMIENTO CABINA FUMIGACIÓN DFO/NINHYDRIN CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TENGA TRIPLE PUERTA DE CRISTAL PANEL • CON CONTROLES DE CALOR Y HUMEDAD INDIVIDUALES • CUENTE CON TEMPORIZADOR INCORPORADO CON ALARMA DE ALERTA DE CICLO COMPLETADO • TENGA ILUMINACIÓN LED EN AMBOS LADOS DE LA PUERTA. • INCLUYA BOMBA DE AGUA Y LA TUBERÍA DE ENTRADA DE AGUA LIMPIA Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES • INDICADOR DE BAJO NIVEL DE AGUA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> • TENGA ESTANTES DESPRENDIBLES CON SUPERFICIE PERFORADA PARA FAVORECER LA CIRCULACIÓN, CON VARILLAS COLGANTES DESPRENDIBLES Y CLIPS. • CON PUERTO DE SALIDA DE VENTILACIÓN DE HUMOS EN EXTRACTOR DE HUMOS, CONDUCTOS O CAMPANA DE EXTRACCIÓN ADYACENTES. • TENGA CERRADURA DE MANGO EN T • CON VENTILADOR EXTRACTOR DE HUMOS SIN CONDUCTOS CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO <p>QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUESTA EN MARCHA • GARANTÍA DE UN AÑO • CAPACITACIÓN AL PERSONAL • ENTREGA EN EL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES, AV. GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERÍAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN.
9	1	<p>CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPORES Y FLUJO LAMINAR Modelo: Purifier® Clase II C1 Marca: LABCONCO</p> <p style="text-align: center;">Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabina de bioseguridad Purifier Clase II C1 de 6 pies de ancho, con base, luz UV y fluorescente, válvulas de aire y vacío • 115 volts, 60 Hz, 12ª • Diseño Omni-Flex con dos modos de funcionamiento: Tipo A y Tipo B. • Motores de conmutación electrónica (ECM) duales • Tecnología Constant Airflow Profile (CAP) • Sistema de entrada Airwave. • Canal de presión negativa Contain-Air • Sistema operativo MyLogic para el control de Smart-Start y Night-Smart. • Temporizador integrado de intervalos y tiempo transcurrido. • Reloj digital. • Iluminación fluorescente brillante, antirreflejo, de 90-1560 pies. • Centro de información LCD con gráfico de "Ciclo de vida restante del filtro" para cada filtro HEPA y línea de estado para las condiciones y las alarmas del gabinete. • Filtros HEPA de escape y suministro. • Sistema de bloqueo de seguridad electrónico. • Dos receptáculos electrónicos, ubicados uno de cada lado (ICFT dual en modelos de 115 voltios únicamente) • Puerta de seguridad de vidrio templado transparente de ¼ pulgadas con cierre completo.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> • Rejilla de admisión de acero inoxidable con ranuras secundarias para flujo de aire Reserve-Air. • Filtro HEPA de suministro y escape con eficiencia de más del 99.99%. • Interior hermético de acero inoxidable. • Centro de información LCD a todo color montado en el interior a la altura de la vista. • Altura máxima de la apertura de la puerta de 58 cm, y 69 cm de altura de visión. • Rejilla de admisión curva con diseño de cascada. • Superficie de trabajo de tres piezas, desmontable, de acero inoxidable con perillas de elevación y área de trabajo identificada. • Superficie de trabajo cóncava. • Puerta en ángulo de 10° con mecanismo antidesalineación. • Control táctil para la activación manual del motor, las luces, el temporizador, los receptáculos eléctricos, el silenciamiento de la alarma sonora y la selección del menú. • Puerta con dos alturas operativas. • Ajustar a una altura de 8 pulgadas o 10 pulgadas. • Velocidad nominal de flujo entrante de 105 pies por minuto (PPM). • Velocidad nominal del flujo laminar vertical de 55 ppm para los modelos de 6 pies. • Exterior de acero con recubrimiento electroestático. • Cable de 3 metros con enchufe. • Dimensiones: 78.2" w X 32.7" d X 91.7" h • Motor extractor de 1/6 HP de acero recubrimiento (7068000). <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un regulador de voltaje (LAN-13-P-5-15-R-5-15 VOGAR) • Base para acampana Purifier Clase II C1. • 10 mts. de ducto flexible para ala extracción de vapores. • Instalación de la campana y ductos de la extracción. • Calibración del flujo laminar y puesta en marcha. • Dos mantenimientos preventivos en un tiempo no mayor a un año, después de la fecha de la instalación y programados por el usuario. • Garantía de 5 años contra defectos de fabricación.
10	1	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Modelo: SERIE P5-48 Marca: PurAir Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campana de Extracción de humos • Panel de control con switch de encendido

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla de control de flujo de aire continuo • Iluminación fluorescente de cabina • Control de velocidad del ventilador y Alarma de bajo flujo de aire • Auto Fijación articulada de los paneles de las puertas • Motor silencioso • Paneles laterales de acrílico transparente • Bandeja de derrame de polipropileno resistente a químicos • Enchufe eléctrico dúplex con interruptor de falla a tierra, 110-130VAC 60Hz • Dos puertos de cable en pared trasera • Dimensiones externas en cm. (FxPxA): 121.9x67.6x78.1 <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos juegos de pre-filtros electrostáticos (6 filtros c/u) • Dos Filtros GP Plus 11 lb. De carbón para Solventes y orgánicos. • Dos Filtros ACI Plus 11 lb. De Carbón para ácidos. • Dos Filtros HEPA para partículas • Instalación de la campana y puesta en marcha • Garantía de 2 años contra defectos de fabricación
11	1	<p>DESHUMIDIFICADOR</p> <p>CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VENTILADOR DE TRES VELOCIDADES • INDICADOR DE CUBETA LLENA CON ALARMA AUDIBLE • PROTECCIÓN CONTRA INTERRUPCION DE CORRIENTE • AUTO REINICIO DE CONTINUACIÓN AUTOMATICA • TENGA TIMER PARA AUTO-APAGADO • CON HUMIDISTATO DIGITAL. CONTROL DE HUMEDAD DEL 35% AL 80% • PROTECCION CONTRA PERDIDA DE ENERGIA • MODO AUTO ARRANQUE • INDICADORES PARA CAMBIO DE FILTRO • ACCESORIO PARA DRENADO CONTINUO • FILTRO AIRE 100% LAVABLE <p>QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUESTA EN MARCHA • GARANTIA DE UN AÑO • CAPACITACIÓN AL PERSONAL • ENTREGA EN EL INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES, AV. GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERIAS, MONTERREY, NUEVO LEON.
12	1	EQUIPO OPTIMIZADOR DE HUELLAS LATENTES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<p>CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEA LIBRE DE DUCTOS • CON ALARMA DE BAJO FLUJO DE AIRE • EL MOTOR SEA SILENCIOSO SIN ESCOBILLAS DE 55 dBA Y SIN CHISPAS • TENGA VENTILADOR CENTRIFUGO • CON PANELES LATERALES DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA 360 GRADOS DE VISIÓN, • CUENTE CON SISTEMA DE SELLADO "EASY-CLAMP" QUE ELIMINA POR COMPLETO CUALQUIER FUGA, • TENGA FILTRO Y PRE-FILTRO ELECTROSTATICO, • CORRIENTE 110-130VAC 60Hz O 230V 50Hz • TENGA FILTRO PRINCIPAL DE CARBON PARA SOLVENTES Y ORGANICOS. • QUE LA BANDEJA SEA RESISTENTE DE DERRAMES QUIMICOS • TENGA CARRO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA • CON ILUMINACION INTERNA FLUORESCENTE • CUENTE CON CONTROL DE VELOCIDAD • QUE LOS FILTROS HEPA TAMBIEN ESTAN DISPONIBLES PARA APLICACIONES QUE INVOLUCRAN PARTICULAS <p>QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PUESTA EN MARCHA • GARANTIA DE UN AÑO • CAPACITACIÓN AL PERSONAL • ENTREGA EN EL INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES, AV. GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERIAS, MONTERREY, NUEVO LEON.
13	1	<p>FUENTE DE LUZ FORENSE</p> <p>CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MINI SISTEMA DE FUENTE DE LUZ FORENSE CON BOMBILLA DE VIDA DE 2000 HORAS • UNIDAD PRINCIPAL PORTATIL RESISTENTE CON MANIJA DE PLEGADO ABAJO, PANEL DE CONTROL FRONTAL CON PERILLA DE AJUSTE DE POTENCIA Y ENFRIAMIENTO DE DOBLE VENTILADOR • GUIA DE 10 MM DE DIAMETRO DE LUZ LIQUIDA ACTIVA (6 PIES DE LARGO) CON BLINDAJE DOBLE PARA UNA ILUMINACION UNIFORME, TAMAÑO DE PUNTO GRANDE Y SALIDA DE ALTA INTENSIDAD. • 4 PARES DE GAFAS: 1 UV, 1 AMARILLO, 1 NARANJA, 1 ROJO. • UN REMOTO INTERCAMBIABLE THUMBWHEELS (PATENTADO) CONSTRUIDO EN COLIMADOR, QUE INCLUYA LONGITUDES DE ONDA EN LA CARCASA PROTECTORA: UV365-UV390-415-445-455-475-495-

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		CSS-515-535-555-SP575-575-600-WHITE LIGTH <ul style="list-style-type: none"> • ESTUCHE DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA LA UNIDAD PRINCIPAL Y ACCESORIOS • GARANTIA DE 2 AÑOS
14	1	<p>HORNO DE CONVECCION FORZADA, MARCA BINDER, MODELO SERIES EF16965E</p> <p>QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. QUE TRABAJE A UN RANGO DE TEMPERATURA DESDE 5 C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 300 C. 2. CON TECNOLOGIA DE CAMARA DE PRECALENTAMIENTO APT.line TM 3. QUE TRABAJE CON CONVECCION REFORZADA 4. QUE CUENTE CON REJILLA DE AIRE REGULABLE 5. CON UN CONTROLADOR CON FUNCIONES DE TEMPORIZACIÓN 6. QUE CUENTE CON DOS REJILLAS CROMADAS 7. QUE CUENTE CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE CLASE (DIN 12880) Y ALARMA OPTICA. 8. CON DIMENSIONES DE CARCASA SIN COMPONENTES NI CONEXIONES 635X620X575 (An x Al x F). <p>QUE TRABAJE A 110 VAC, 60 Hz.</p> <p>QUE SE ENTREGUE EN EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES, GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERIAS, MONTERREY NUEVO LEON.</p> <p>QUE INCLUYA INSTALACION EN EL LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE.</p> <p>QUE CUENTE CON UNA GARANTIA DE UN AÑO.</p> <p>CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE USO DE EQUIPO PARA AL MENOS TRES PERSONAS, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES.</p>
15	7	<p>LÁMPARA PARA ILUMINACIÓN TIPO FARO ESCENICO</p> <p>CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON TIEMPO DE DURACIÓN HASTA 15 HORAS. • SEA DE LED LIBRE DE MANTENIMIENTO CON UNA EXPECTATIVA DE VIDA UTIL DE 50,000 HORAS, CON AMPLITUD DE LUZ DE 125° • TENGA MASTIL TOTALMENTE EXTENSIBLE CON CABEZA GIRATORIA DE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<p>360 GRADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON SISTEMA DE ADVERTENCIA DE BATERIA BAJA, 12V RECARGABLE • TENGA INTERRUPTOR DE ACTIVACION DE GOMA A PRUEBA DE AGUA • CON TRABA DE EXTENSION DEL MASTIL CON UNA ALTURA DE 32.28" (82 CM), LARGO DEL CABLE DE 13.78" (35 CM) (APROXIMADAMENTE) • QUE MIDA DE LARGO DE LA CABEZA 6.5" (16.5 CM), ANCHO DE LA CABEZA 7.87" (20 CM), ALTO DE LA CABEZA 2.56" (6.5 CM) (APROXIMADAMENTE) CON PESO 22.65 LBS. (10.27 KG). • MALETIN DE USO RUDO • BATERIA RECARGABLE • GARANTIA DE UNA AÑO
16	6	<p>SIERRA PARA HUESO SIERRA PARA HUESO 110V MARCA MOPEC CON DISCO INCLUIDO QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOS DISCOS REDONDOS EXTRAS MOD. BD104 • GARANTÍA DE UN AÑO • CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SEMEFO
17	1	<p>ASPIRADORA FORENSE Modelo: BD075 Marca: MOPEC</p> <p style="text-align: right;">Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspiradora forense para sierra Mopec • Requerimiento eléctrico: 120Volt/60HZ/1Ph, 8.5 Amp. • Longitud del cordón eléctrico: 304.8 cm • Longitud de la manguera 3.2 cm diámetro X 30.5 cm de largo. • Sistema HEPA VAC de 120Volt/60Hz/1Ph, 8.5 Amp, cordón eléctrico de 304.8 cm y Dimensiones: 58.4 cm X 38.1 X 59.7 cm. <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un filtro de repuesto. • Soporte para montaje para sierra MOPEC BD020 • Instalación y puesta en marcha • Garantía de 1 año
18	1	<p>MUFLA, MARCA FELISA, MODELO FE-360</p> <p style="text-align: right;">Descripción:</p> <p>1. Que trabaje a 120 V.</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Que pueda trabajar a un tiempo máximo de 105 min. 3. De dimensiones interiores en centímetros 20X28X22 (WxDxH). 4. De dimensiones exteriores en centímetros 40X47X64 (WxDxH). 5. Que tengan un peso de 48 kg. 6. Que trabaje a una potencia de 3000 W. 7. Que consuma 25 A. 8. Que trabaje en un rango de temperatura de 50 a 1100 C. 9. Que trabaje a una estabilidad de temperatura de ± 5. 10. Que tenga un control digital microcontrolado con pantalla LCD. 11. Con timer hasta 99:59 horas, con 3 rampas de temperatura. 12. Con salida RS232. 13. Con doble gabinete de acero, terminando en esmalte anticorrosivo 14. Aislamiento de Aluminia-Sílice de alta eficiencia. 15. Elemento calefactor empotrado. 16. Puerta utilizable como mesa caliente. 17. Con sensor termopar tipo K. 18. Con sistema de alarma de seguridad y detección de fallas. <p>Que se entregue en el laboratorio de química forense ubicado en el tercer piso del edificio del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, Gonzalitos 452, Col. Residencial Galerías, Monterrey, Nuevo Leon.</p> <p>Que incluya instalación en el laboratorio de química forense</p> <p>Que cuenten con una garantía de un año.</p> <p>Capacitación y entrenamiento de uso de equipo para al menos tres personas, en las instalaciones del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.</p>
19	1	<p>PULVERIDAOR DE HUESO Modelo: TISSUE LYSER II Marca: QIAGEN</p> <p style="text-align: center;">Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizador de Tejidos. • Principio de disrupción de tejidos por Agitación a alta velocidad en tubos de recogida de en cuantas de acero inoxidable. • Corriente eléctrica: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 150 W. • Dimensiones de altura: 266 mm (hasta 524 mm con el capó levantado); Ancho: 371 mm, Profundidad: 461 mm.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> • Masa Aprox. 26 kg. • Nivel de potencia acústica LWA = 71,4 db (A) • Valor de emisión relacionado con el lugar de trabajo LpAeq = 61db (A). • Velocidades variables de 3 a 30 Hz (180-1800 oscilaciones/minuto) <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seis (6) paquetes con dos piezas c/u de Grinding Jar Stainless Steel (2x10ml.) No. Parte 69985. • Instalación y puesta en marcha. • Garantía de 1 año con soporte técnico.
20	1	<p>PURIFICADOR DE AIRE</p> <p style="text-align: center;">Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La carcasa sea de acero inoxidable. • Radiación Ultra Violeta de V400UV • 99.97% eficiencia HEPA • Con control de velocidad • Tenga flujo de aire (CFM) 500-400-300 • Con dimensión (pulgadas) 38.5x 5W x15L, dimensiones base opcional 49x 15Wx15L. • Cuento con prefiltro tamaño (pulgadas) 1-14x14 • Tenga filtro HEPA tamaño (pulgadas) 12x12x12 <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puesta en marcha. • Garantía de un año. • Capacitación al personal. <p>Entrega en Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, Gonzalitos 452, Col. Residencial Galerías, Monterrey, Nuevo Leon.</p>
21	4	<p>RACK PARA CADAVER MARCA: VAGO</p> <p>RACK PARA CADAVERES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 10 QUE INCLUYA: - CUATRO CHAROLAS PARA CADAVERES FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 - GARANTIA DE UN AÑO</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
22	1	<p>SANITIZADOR DE CUATRO UV PORTATIL CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTILICE TECNOLOGIA UV-C - TENGA 99% DE EFECTIVIDAD CONTRA LAS BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS - CON CUATRO LAMPARAS UV MAXIMA DE 600 VATIOS DE POTENCIA - CUENTE CON SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJOS PARA PORTEGER AL PERSONAL <p>QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PUESTA EN MARCHA - GARANTIA DE UN AÑO - CAPACITACION AL PERSONAL - ENTREGA EN EL INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES, AV. GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERIAS, MONTERREY, NUEVO LEON.
23	1	<p>TERMOCICLADOR Modelo: T100 Marca: Biorad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termociclador para amplificación de ácidos nucleicos de 96 pozos - Capacidad de muestras: 96 x tubos de 0.2 mL, hieleras de tubos de 0.2 ml o 1 placa de 96 pozos - Velocidad máxima del aumento de temperatura: 4 °c/seg - Velocidad promedio del aumento de temperatura: 2.5 °c/seg - Rango de temperatura: 4-100 °c - Precisión en la temperatura: +/- 0.5 °c de la temperatura programada - Uniformidad de la temperatura: +/- 0.5 °c entre pozos dentro de los 30 seg - Poder de entrada: 110 VAC, 50-60 Hz - Pantallas: 5.7" VGA a color y con tecnología touch screen - Puertos: 1 USB A - Memoria: 500 programas en el equipo; ilimitado con memoria externa (no incluida) - Dimensiones: (W x D x H) 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9") - Peso: 9 kg (20 lb) <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un UPS de 1.5 KVA a 110 Volts - Instalación y puesta en marcha - Garantía de 1 año con Soporte Técnico en México
24	1	<p>MICROSCOPIO CON CAMARA Microscopio Triocular, marca Leica, Modelo DM 1000. Con cámara modelo DNC2900 marca Leica y computadora. De campo claro y fluorescencia, polarización sencilla con cámara digital color.</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<p>Que cuente con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Base DM1000 LED. Que tenga iluminación LED; con botones de enfoque ajustables, con revolver para cinco objetivos, para campo claro (rosca M25), con condensador centrable, con capacidad de fluorescencia. 2. Con Set de botones de enfoque fino, con superficie estándar para DM1000. 3. Platina (ErgoStage) con plato cerámico para DM1000, con superficie de 76 mm x 25 mm con lector de vernier. 4. Con control X-Y estándar de la platina. 5. Revolver de objetivos 5X, M25. 6. Unidad de poder de 100 W, intercambiable automática con suministro de 90-250 V, 50-60 Hz, con pantalla que indique horas de operación, que incluya cable de corriente. 7. Lámpara de descarga de gas mercurio de 103 W/2. 8. Carcasa de lámpara 106 z, para luz reflejada, con montura de lámpara de Hg centrable de 100 W, con colector para 4 lentes enfocables y filtro protector de calor, con encendedor y cable de corriente. 9. Iluminador para fluorescencia incidente, hasta oculares de campo de visión de 20, con deslizador intercambiable para 3 bloques de filtros tamaño "s". 10. Iluminación Koehler con diafragma de campo ajustable. 11. Adaptador para porta-laminillas para estaciones Ergo DM1000 12. Fototubo binocular HC L2TU 4/5/7. Cabezal binocular con fototubo con ángulo de visión de 20 ° con ajuste interpupilar de 55-75 mm, con paso de luz de 0/100%, 100/0% y campo de visión de hasta 25, con puerto para una cámara. 13. Objetivo "Hi-PLAN" 4X/0.10 14. Objetivo "Hi-PLAN" 10X/0.25 15. Objetivo "Hi-PLAN" 40X/0.65 16. Objetivo "Hi-PLAN" 20X/0.40 17. Objetivo "Hi-PLAN" 100X/1.25 oil. 18. Aceite de inmersión tipo N, ISO 8036, de 20 mL 19. Sistema de filtros AS, sistema de filtros DS, sistema de filtros I3S, sistema de filtros N2.1 S. 20. Lentes condensadoras CL/LS 21. Condensador acromático A0.9 (P), con cabeza de condensador intercambiable, con codificador de color, para campo claro y polarización (cualitativa). 22. Light stop 23. 2 oculares HC Plan 10X/20 BR.M 24. Cubierta para el polvo para DM1000, DM LS/LSP. 25. Cámara digital en color Leica DMC2900 & sw kit, con sensor CMOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<p>(½), para imágenes en vivo con una velocidad de hasta 30 imágenes por segundo, con resolución de 3.1 Mpixeles. Control de cámara vía computadora (modo PC), conexión USB3.0, compatible con PCs, con kit que incluya cable 1.5 m de USB, CD Software Leica.</p> <p>26. Interface C-Mount para cámara con sensor de ½ pulgada.</p> <p>27. Sistema de cómputo para análisis de imagen, con procesador CORE i7. Con disco duro ES 7200.2 500 GB 32 MB SATAII. ValueRAM 4GB 133 MHZ DDR3 RAM. Tarjeta de video Fire Pro V5700 512 MB PCI-E. 4 Port RS232 PCI Ex.IOI PCI Express FW-B 3 port. Windows 7 Pro SP3. Con monitor de 24 pulgadas, con teclado y mouse.</p> <p>ADICIONALES: Que trabaje a 110 VAC, 60 Hz. Que se entregue en el laboratorio de química forense ubicado en el tercer piso del edificio del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, Gonzalitos 452, colonia Residencial Galerías, Monterrey Nuevo León. Que incluya instalación en el laboratorio de química forense. Que cuente con una garantía de un año. Capacitación y entrenamiento de uso de equipo para al menos tres personas, en las instalaciones del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.</p>
25	1	<p>ESTEREO MICROSCOPIO CON CÁMARA ESTEREO MICROSCOPIO, marca Leica, modelo S8 APO, con cámara Que cuente con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuerpo estereoscopio Leica S8 APO, con: <ul style="list-style-type: none"> - Sistema Greenough apocromático. - Zoom 8:1 - Rango de magnificación 1.0x-8.0x - Ángulo de observación de 38° - Con distancia de trabajo de 75mm - Con diámetro del campo visual de 23 mm - Con aumentos 10x-50x - Con sistema óptico apocromático - Con resolución máxima de 600 lp/mm (2,0x apocromático plano) - Con limitadores del zoom ajustables >antiestático - Con conexión de documentación para cámaras digitales de microscopía - Fototubo 100% oculares/100% cámara 2. Dos oculares con ajustes de dioptrías, número de campo 23. 10x/23B. 3. Objetivo acromático 0.63x, con distancia de trabajo de 100 mm, apocromáticamente corregido, 58 mm de diámetro, rosca M52. 4. Una base Leica LED2500, con: <ol style="list-style-type: none"> a. Base 331x257, altura de la base 35mm y torque de macro

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<p style="text-align: center;">ajustable</p> <p>b. Luz incidente y transmitida, con temperatura de color de 6100K, anillo de luz con 4 puntos para alto brillo y arco de luz con 3 puntos para iluminación oblicua.</p> <p>5. Funda protectora antiestática (40x35x60)</p> <p>6. Cable de alimentación eléctrica</p> <p>7. Cámara digital Leica MC170 HD, con Kit SW, con sensor CMOS (½), de alta definición para imágenes en vivo de 1920 x 1080 Pixeles, 30 fps, para imágenes JPG con resolución de 5 Mpixeles, y video MP4 con resolución de 2 Mpixeles. Control de cámara vía computadora (modo PC) o vía control remoto RC2 (modo HD), conexión USB2, compatible con PCs y laptops, con kit que incluya cable de 1.5 m de USB, cable HDMI de 2.5 m. fuente de poder de 5V, control remoto RC2, CD software Leica.</p> <p>8. Interface C-Mount para cámara con sensor de ½ pulgada.</p> <p>9. Sistema de cómputo para análisis de imagen, con procesador CORE I7, Disco Duro Barracuda ES 7200.2 500 GB 32 MB SATAII. Value RAM 4 GB 133 MHz DDR3 RAM. Tarjeta de video Fire Pro V5700 512 MB PCI-E.4 Port RS232 PCI Ex. IOI PCI Express FW-B 3 port. Windows 7 Pro SP3. Con monitor de 24 pulgadas, con teclado y mouse.</p> <p>ADICIONALES: QUE TRABAJE A 110 VAC, 60 HZ. QUE SE ENTREGUE EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES, GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERÍAS, MONTERREY NUEVO LEÓN. QUE INCLUYA INSTALACIÓN EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE. QUE CUENTEN CON UNA GARANTÍA DE UN AÑO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE USOS DE EQUIPO PARA AL MENOS TRES PERSONAS, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES.</p>
26	1	<p>CAMARA DE CALENTAMIENTO FUMIGACIÓN DE CIANOCRILATO CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON FILTRACIÓN SIN DUCTOS • CORRIENTE 110-130 VAC 60Hz • TENGA SISTEMA DE ASEGURADO ELECTRONICO EN LA PUERTA • CON PLATO DE CALENTAMIENTO • TENGA FILTRO PRINCIPAL DE CARBON ACTIVADO • QUE EL SISTEMA SEA DE CONTROL AUTOMATICO DEL PROGRAMA DE CICLO • CON HUMIDIFICADOR ULTRASONICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TÉCNICA

PARTIDA	CANTIDAD:	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none">• TENGA NEBULIZADOR QUE PROGRAME CONDICIONES DE HUMEDAD• CUENTE CON PRE FILTRO ELECTROSTATICO CON EFICACIA AL 99.5%• CON PANTALLA LCD DE ENTRADA DE DATOS TOUCHPAD. <p>QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none">• PUESTA EN MARCHA• GARANTIA DE UN AÑO• CAPACITACIÓN AL PERSONAL• ENTREGA EN EL INSTITUTO DE CRIMINALISTICA Y SERVICIOS PERICIALES, AV. GONZALITOS 452, COLONIA RESIDENCIAL GALERIAS, MONTERREY, NUEVO LEON.