

# LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

## FORMATO DE COTIZACION

Servicios Médicos relativos a audiometría y visuales, prueba rápida de tamizaje de diabetes, así como suministro de aparatos de movilidad, auditivos, anteojos y glucómetro.

| PARTIDA          | CANT. | SERVICIO   | P. U. | TOTAL |
|------------------|-------|--|-------|-------|
| 1                | 6,200 | Servicio de Examen (Audiometría), contando con Unidad Móvil (Según especificaciones de la ficha técnica).  |       |       |
| 2                | 3,700 | Servicio de Valoración de los pacientes para determinar si requieren el uso del lente graduado (agudeza visual) (Según especificaciones de la ficha técnica).      |       |       |
| 3                | 4,000 | Prueba rápida de Tamizaje de Diabetes para determinar Glucosa en paciente, para determinar si es propenso a Diabetes (Según especificaciones de la ficha técnica). |       |       |
| 4                | 1,000 | Silla de ruedas básica (Según especificaciones de la ficha técnica).   |       |       |
| 5                | 150   | Silla de ruedas Semi Deportiva (Según especificaciones de la ficha técnica).   |       |       |
| 6                | 154   | Silla de ruedas para niños (Según especificaciones de la ficha técnica).   |       |       |
| 7                | 25    | Silla de ruedas Deportiva (Basquetbot) (Según especificaciones de la ficha técnica).   |       |       |
| 8                | 40    | Silla de ruedas para Parálisis / Inmovilidad (Según especificaciones de la ficha técnica)  |       |       |
| 9                | 100   | Glucómetro (Según especificaciones de la ficha técnica)  |       |       |
| <b>SUB-TOTAL</b> |       |  |       | \$    |
| <b>I.V.A.</b>    |       |  |       | \$    |
| <b>TOTAL</b>     |       |  |       | \$    |

VIGENCIA DEL CONTRATO:  
LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA:

Al término de la entrega total del servicio.  
En los establecidos en la ficha técnica.

FORMA DE PAGO:

De forma mensual de contado, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura correspondiente a cada servicio, a entera satisfacción de la UNIDAD REQUIRENTE.

Nombre y Firma del Representante Legal

Monterrey, N. L. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2018.

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

| Partida No. | Descripción   | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|---|----------|------------------|
| 1           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Servicio de Examen (Audiometría), contando con Unidad Móvil (Según especificaciones).</li></ul> | 6,200    | Servicio         |

Debe contar con mínimo de 2 clínicas dentro del Estado de Nuevo León, con las siguientes características:

- Área de recepción.
- Sala de espera para pacientes.
- Mínimo dos consultorios por Clínica para atención de pacientes.
- Cabina sonoamortiguada (debidamente equipada con audiómetro) para la realización de Audiometrías.
- Computadora para programación de Auxiliares Auditivos.
- Interfaz para programación de Auxiliares Auditivos.
- Sanitario para pacientes.
- Personal capacitado para la atención de pacientes.
- Aviso de funcionamiento y Responsable Sanitario.

Nota: Estas especificaciones, serán validadas por la Unidad Requiriente, por medio de visitas a los domicilios manifestados en los Avisos de Funcionamiento y Responsable Sanitario, que el Licitante adjunte a su propuesta. Las visitas se podrán realizar en el periodo comprendido entre el evento de presentación de propuestas y fallo.

Para lo cual deberá presentar la siguiente documentación en copia simple y legible:

- Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario de las Clínicas propuestas por el participante, debidamente sellado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Debe contar con mínimo 8 unidades móviles, con el fin de cumplir con el calendario de visitas, de acuerdo a las siguientes características:

- Consultorio de Audiometría.
- Cabina Sonoamortiguada.
- Audiómetro.
- Computadora para programación de Auxiliares Auditivos.
- Interfaz para programación de Auxiliares Auditivos.
- Personal capacitado para la atención de pacientes.
- Aviso de funcionamiento y Responsable Sanitario.

Escrito firmado por la persona facultada, manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con un mínimo de 8 (ocho) unidades móviles, debidamente equipadas con cabina sonoamortiguada y audiómetro para brindar el servicio en lo (s) lugar (es) establecidos por la Unidad Requiriente, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación en copia simple legible:

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

- Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario, de las unidades móviles (8 unidades móviles) propuestas por el participante, debidamente sellado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), información que podrá ser corroborada por la Unidad Requirente.
- Carta de la Autoridad Sanitaria (Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS), con fecha de emisión de no más de 30 días hábiles previos a la presentación de propuestas; en la que conste que los establecimientos del participante propuestos en el punto anterior, así como su Domicilio Fiscal y/o unidades móviles, no tienen procedimientos de verificación pendientes de cumplimiento. (En caso de participación conjunta, se deberá presentar esta carta por cada uno de los participantes manifestados en el Convenio de Participación conjunta presentado).

**Debe contar personal responsable, con las siguientes características:**

- Copia simple legible de título, y/o cédula profesional, que avalen el grado de estudios y la capacidad del personal técnico, de acuerdo a lo siguiente:
- Dos médicos responsables, que cuenten con especialización en Audiología y Foniatría.
- Cuatro profesionales especializados con carrera en Otorrinolaringología.

**Adicionales:**

- Carta de apoyo del Fabricante de los aparatos auditivos que oferte, conteniendo los datos de la presente licitación, dirigida al Gobierno del Estado de Nuevo León con fecha de emisión no mayor a 5 días naturales previos a la presentación de propuestas, en la que manifieste ser obligado solidario del participante para cumplir con la entrega total de los aparatos solicitados, durante el periodo del contrato que en su caso se genere.
- Copia simple legible por ambos lados del registro sanitario y/o modificación el registro vigente emitido por la COFEPRIS, por cada una de las partidas ofertadas. El cual deberá coincidir con las características solicitadas del producto, con la marca, fabricante, procedencia y presentación.
- En caso de que el registro sanitario y/o modificación no estén vigentes, los licitantes podrán presentar copia legible por ambos lados de cualquiera de los siguientes documentos:
- Prórroga del registro sanitario vigente emitida por la COFEPRIS, la cual deberá coincidir con las características solicitadas del producto, con la marca, fabricante, procedencia y presentación.
- Solicitud de prórroga del registro sanitario vigente emitida por la COFEPRIS, la cual deberá coincidir con las características solicitadas del producto, con la marca, fabricante, procedencia y presentación.
- En caso de que algún aparato auditivo ofertado no maneje registro sanitario, se deberá de presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada del licitante, firmada por el personal autorizado para ello, donde manifieste que algún aparato auditivo no requiere registro sanitario; o bien, anexar documento por la COFEPRIS o Secretaria de Salud, en la cual se indique que no se requiere registro para dicho aparato.

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

El servicio deberá incluir: Aparato Auditivo tipo Curveta Programable, para pérdidas auditivas de leves a severas.

- Programación Plataforma
- Software de programación Pediátrica, sobre potenciales evocados de estado estable.
- Codo de adaptación Pediátrico.
- Control de volumen: 4 niveles.
- Expansión (SQUELCH: reducción de ruido de Micrófono).
- T-Coil.
- Canales 4/4 Bandas.
- 4 Memorias para entornos acústicos.
- 1 Micrófono (omnidireccional, direccional y/o adaptativo).
- Alarma de pila Programable.

Opciones del Aparato:

- Cobertura de Control de Volumen.
- Hipocausias moderadas y severas incipientes.

Accesorios:

- Con molde u Open Fit, personalizado a la medida.
- Bolsa de tela poliéster plastificada (impermeable), color morado, con las siguientes medidas alto 21 cm. X ancho 15 cm. X fondo 9.5 cm. (+/- 2 cm.) con cierre color negro de Nylon No. 5, y asa de cinta de Polipropileno de 1 pulgada de 40 cm. de largo (+/- 2 cm). Bolsa al frente tipo cartera medidas alto 13 cm. X ancho 15 cm. (+/- 2 cm.) con cierre color negro de Nylon No. 5, delimitando la bolsa con bies tipo popotillo del mismo material de la bolsa, lleva impreso a una tinta en la parte frontal los logotipos de la Institución.
- 16 pilas para cada auxiliar.
- Estuche para el auxiliar auditivo.
- Cepillo de Limpieza e Instructivo.

Tiempo de entrega 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

| Partida No. | Descripción   | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|---|----------|------------------|
| 2           | Servicio de Valoración de los pacientes para determinar si requieren el uso del lente graduado (agudeza visual) (Según especificaciones). | 3,700    | Servicio         |

Debe contar como mínimo con:

- Equipo automatizado para realizar optometrías.
- Personal capacitado para la atención de pacientes.

Debe contar con personal responsable, con las siguientes características:

- Copia simple legible de título, y/o cédula profesional, que avalen el grado de estudios y la capacidad del personal técnico, de acuerdo a lo siguiente:
- 4 (Cuatro) Licenciados en Oftalmología

El servicio deberá incluir: el Armazón oftálmico con micas y estuche con las siguientes características:

Material:

- Armazón metálico manipulador para su ajuste y/o compostura con base en su flexibilidad y resistencia, mismas que se da en su composición de aluminio (75%), níquel (20%), cromo (5%) y/o Acetato.
- Plaquetas de silicón (suave para el tabique nasal)
- Terminales (es decir, forro de barillas) en acetato de celulosa
- Varillas con sistema flex, con muelle para facilitar puesta de lente
- Armazón metálico con acabado esmaltado y/o Acetato

Forma y tamaño:

- Ovalado, rectangular o cuadrado, dependiendo de la forma de la cara del paciente y/o tipo de corrección.
- Visual: Esto es, visión sencilla en material CR-39 blanco.

Medidas promedio:

- Para cualquier graduación
- Diámetro horizontal de aro de 47 a 49 mm.
- Puente de 18 mm.
- Varilla de 135 mm.

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

Éstas pueden variar dependiendo del armazón seleccionado por el paciente

Equipo:

- Retinoscopio-Oftalmoscopio
- Caja de prueba
- Anteojos de prueba
- Foroptor
- Mesa de Elevación
- Cartilla tradicional de Snellen
- Cartilla u optotipo para personas analfabetas
- Cartilla u optotipo para niños que aún no aprenden a leer
- Cartilla u optotipo para presbicie o vista cansada
- Oclusores
- Lensometro

Procedimiento:

- Acudir a la comunidad asignada para la realización
- Valoración de los pacientes para determinar si requieren el uso del lente graduado (agudeza visual)
- Realizar el examen final para determinar la graduación de cada paciente.
  
- Asesoría para elección por parte del paciente, armazón que más le funcione.
- Entrega de lentes graduados en el mismo lugar donde se realizaron las pruebas con un estuche de fleje.
- Contar con licenciados en optometría para la realización de las pruebas a los pacientes, con una amplia experiencia en el ramo y tipo de jornada.
- En Jornadas de trabajo se presentará muestrario para elección del armazón por parte del paciente, el lente al entregarse será el modelo elegido o el más parecido en forma y medidas al escogido.

Lentes Oftálmicos:

- Material denominado en el mercado oftálmico como lentes CR-39 blanco
- Material garantizado, es decir con protección contra rayos solares y/o aberración

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

| Partida No. | Descripción   | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|---|----------|------------------|
| 3           | <p>Prueba rápida de Tamizaje de Diabetes para determinar Glucosa en paciente, para determinar si es propenso a Diabetes. Por medio de un dispositivo sensible, no invasivo y que no requiere ayuno para la detección rápida de diabetes, que permita una detección extensa, oportuna, efectiva en costo para diabetes y prediabetes y personal especializado.</p> <p>El resultado deberá ser inmediato</p> <p>El proveedor contará con 1 carpas con 4 Especialistas, los cuales realizarán los Pruebas rápidas de Tamizaje de Diabetes, que en promedio tiene una duración de 10 minutos por paciente. En el cual determinara si el paciente examinado es propenso a padecer Diabetes, según sea el caso.</p> <p>Las carpas contarán con todo lo necesario para llevar a cabo las pruebas de tamizaje de Diabetes In Situ en concordancia con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carpa debidamente instalada de 4 x 5 mts aproximadamente.</li> <li>• Mesa de trabajo.</li> <li>• Silla para el(los) paciente(s)</li> <li>• Aparato de Medición de prueba de Tamizaje de Diabetes.</li> </ul> <p>El Especialista deberá contar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bata.</li> <li>• Cubrebocas</li> </ul> | 4,000    | Servicio         |

Debe contar como mínimo con:

- Equipo automatizado para realizar las pruebas.
- Personal capacitado para la atención de pacientes.

Debe contar con personal responsable, con las siguientes características:

- Copia simple legible de título, y/o cédula profesional, que avalen el grado de estudios y la capacidad del personal técnico, de acuerdo a lo siguiente:
- 4 (cuatro) Médicos Generales y/o Médicos Cirujanos

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

| Partida No. | Descripción  | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|--|----------|------------------|
| 4           | <p><b>Silla de ruedas básica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acero esmaltado.</li> <li>- Descansabrazo abatible con cojín PU.</li> <li>- Descansa pie removible.</li> <li>- Tapicería nylon antifiama.</li> <li>- Llanta todo terreno neumática con Rin de aluminio.</li> <li>- Rueda delantera sólida 8 x 2" de PU.</li> <li>- Brazo de longitud de escritorio acolchado y levadizo.</li> <li>- El tapizado de nylon es durable, liviano, vistoso y fácil de limpiar.</li> <li>- Con frenos con sistema de empuje para trabar.</li> <li>- Con correa para pantorrilla.</li> <li>- Descansa Pies con bases de apoya pies de plástico, estándar.</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Estructura de Acero, asiento tapizado en lona.</li> <li>- Soporta: Hasta 100 kgs.</li> <li>- Brazos tipo escritorio abatibles.</li> <li>- Cañuela de alto impacto.</li> <li>- Llanta delantera gruesa de 2 de alto impacto.</li> </ul> | 1,000    | Pieza            |

| Partida No. | Descripción   | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|---|----------|------------------|
| 5           | <p><b>Silla de ruedas Semi Deportiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso de 9 a 11 kg.</li> <li>- Estructura rígida.</li> <li>- Construida con tubo de aluminio aeronáutico 6061-T6. De 1 pulgada.</li> <li>- Fabricada en tres medias estándar: Chica, Mediana y Grande.</li> <li>- Reposapiés en "U" con ajuste de altura.</li> <li>- Rodamientos traseros en 24 pulg. Con rayo cruzado.</li> <li>- Medidas estándar.</li> <li>- Vestidura acojinada repelente al agua.</li> <li>- Aplicación de pintura Powder Coating, en tres colores a disponibilidad: Amarillo, Verde o Negro.</li> <li>- Llantas antiponchadura (Shox).</li> <li>- Mesa de aluminio con eje de ensamble rápido.</li> <li>- Asiento convencional o ergonómico.</li> </ul> | 150      | Pieza            |



**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

| Partida No. | Descripción   | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|---|----------|------------------|
| 6           | <p><b>Silla de ruedas para niños:</b><br/> Descansabrazo abatible con cojín PU.<br/> - Descansa pie removible.<br/> - Tapicería nylon antifiama.<br/> - Llanta todo terreno neumática con Rin de aluminio.<br/> - Rueda delantera sólida.<br/> - Brazo de longitud de escritorio acolchado y levadizo.<br/> - El tapizado de nylon durable, liviano, vistoso y fácil de limpiar.<br/> - Con frenos con sistema de empuje para trabar.<br/> - Con correa para pantorrilla.<br/> - Descansa Pies con bases de apoya pies de plástico, estándar.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/> - Material: Estructura de Acero, asiento tapizado en lona.<br/> - Brazos tipo escritorio abatibles.<br/> - Cañuela de alto impacto.<br/> - Llanta delantera gruesa de 2 de alto impacto.</p> | 154      | Pieza            |

| Partida No. | Descripción   | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|---|----------|------------------|
| 7           | <p><b>Silla de ruedas Deportiva (Basquetbol)</b><br/> - Estructura de aluminio aeronáutico 6061 T-6.<br/> - Ideal para el Basquetbol.<br/> - Rodamiento trasero <b>SUN RIMS</b> desmontable<br/> - Rodamiento delantero de 3"<br/> - Inclinación de asiento ajustable.<br/> - Respaldo ajustable en altura y ángulo inclinación<br/> - De 8 a 9.5 kilos completamente aprox.<br/> - 6 kilos sin ruedas traseras aprox.<br/> - Centro de gravedad ajustable.<br/> - 5ta. Rueda fija (antivuelco)<br/> - 15,16,17,18,o más grados de inclinación ruedas traseras<br/> - Pintura electrostática en polvo</p> | 25       | Pieza            |

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

| Partida No. | Descripción   | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|---|----------|------------------|
| 8           | <p><b>Silla de ruedas para Parálisis/Inmovilidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminio esmaltado.</li> <li>- Sistema reclinable y de basculamiento.</li> <li>- Asiento y respaldo acojinado.</li> <li>- Tapicería nylon estándar o estampado.</li> <li>- Rueda trasera Rin MAG sólida 16 x 1.75".</li> <li>- Rueda delantera sólida 6 x 1".</li> <li>- Descansabrazo abatible con cojín PU.</li> <li>- Descansa pie removible.</li> <li>- Tapicería nylon antífama.</li> <li>- Llanta todo terreno neumática.</li> <li>- Brazo de longitud de escritorio acolchado y levadizo.</li> <li>- El tapizado de nylon durable, liviano, vistoso y fácil de limpiar.</li> <li>- Con frenos con sistema de empuje para trabar.</li> <li>- Descansa Pies con bases de apoya pies de plástico, estándar.</li> </ul> | 40       | Pieza            |

| Partida No. | Descripción  | Cantidad | Unidad de Medida |
|-------------|--|----------|------------------|
| 9           | <p>Glucómetro para medición de Glucosa en sangre en tres simples pasos, resultados exactos Garantía de por vida en el monitor; que no requiera calibración y cuente con un chip de codificación automática en cada tubo de tiras reactivas.</p> <p>Que requiera una mínima muestra de sangre y la tira reactiva con cualidades para absorber la gota en la superficie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amplio rango de medición, de 10 a 600 mg/dl</li> <li>- Alarma indicadora de hipoglucemia que se configure para estar siempre al pendiente de las bajas de glucosa, sobre todo antes de realizar actividad física.</li> <li>- Que almacene mínimo 500 memorias para tener registro e historial de tus valores.</li> <li>- Que permita obtener promedios semanales, quincenales y mensuales.</li> <li>- Encendido automático al insertar la tira reactiva.</li> <li>- Ahorro de energía, apagado automático a los 2 minutos.</li> <li>- Batería de litio de 3 voltios (CR 2032), que se pueda encontrar fácilmente y que dure alrededor de 1,000 pruebas.</li> <li>- Pantalla LCD para una mejor visibilidad del resultado.</li> </ul> | 100      | Pieza            |

**FICHA TECNICA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATEGICOS**  
**APARATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MOTRIZ Y VISUAL**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño ergonómico, tamaño práctico y con bordes antiderrapantes.</li> <li>-Que sea ligero con un peso de 62 +/- 20 grs. aproximadamente con pila incluida.</li> </ul> <p><b>Especificaciones.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantalla LCD</li> <li>- Apagado automático después de 2 minutos</li> <li>- Suministro de energía Una pila de litio CR 2032 o equivalente</li> <li>- Medidor</li> <li>- Rango de medición 10-600 mg/dL</li> <li>- Tamaño de muestra 0.6µL</li> <li>- Tiempo de medición Aproximadamente 5 segundos</li> <li>- Condiciones de operación del sistema 6 °C a 44 °C; 10 a 90 % de humedad relativa.</li> <li>- Condiciones de almacenamiento del medidor De -40°F a 158°F (de -40°C a 70°C)</li> <li>- Rango de humedad relativa para operación Menos del 85%</li> <li>- Altitud &lt; 10,150 pies</li> <li>- Capacidad de memoria 500 valores de glucosa en sangre con hora y fecha, Promedios semanales, quincenales y mensuales</li> <li>- Dimensiones 93 x 52 x 22 mm (largo, ancho, alto).</li> <li>- Peso 62 grs. aprox. con pila incluida.</li> <li>- Construcción Portátil</li> <li>- Profundidades del dispositivo de punción 0,80; 0,95; 1,10; 1,25; 1,40; 1,55; 1,70; 1,85; 2,00; 2,15; 2,30 milímetros</li> </ul> <p><b>Accesorios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mínimo de Tiras reactivas (50 piezas).</li> <li>- Dispositivo de punción.</li> <li>- Mínimo de Lancetas (50 piezas).</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|

Tiempo de entrega: 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

Lugar de entrega: Almacén de la Secretaría de Desarrollo Social ubicado en Calle Granados No. 403-A, Col. Coyoacán, Monterrey, N. L.