



**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. DGASG-DC-027/2017
SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA PARA EL INSTITUTO CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES.**

SE DIFIERE JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 31 de julio del 2017, día y momento señalados en la convocatoria de la presente licitación, encontrándose reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración ubicada en el 4to. Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua Sur 655, zona centro en Monterrey, Nuevo León, los suscritos LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración, quien interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 fracción XII, 31 fracciones IV y V, Artículo Tercero Transitorio y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 06 de abril de 2016, artículos 5 fracción IV inciso c), 26 fracciones IV y VII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROCHA, en representación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; LA LIC. FEBE PRISCILA BENAVIDES LOZANO, en representación de la Secretaría de Infraestructura; EL C. LIC. ABRAHAM LIZARDO SILVA, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; LA C. LIC. HILDA YOLANDA PALACIOS ESPINOZA, en representación de la Secretaría de Economía y Trabajo y LA C. LIC. MARIA ASTRID GUERRA MARTINEZ, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; así como el LIC. JUAN ENRIQUE VILLARREAL SALAZAR, C. Director de Adquisiciones de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, representantes de la Unidad Requirente y los participantes de la Licitación, cuyas firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el artículo 34 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, y artículos 72, 73 y demás relativos del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se procede a dar inicio a la Junta de Aclaraciones relativa a la Licitación Pública Internacional Presencial No. DGASG-DC-027/2017 relativa al suministro de materiales y reactivos solicitado por la Procuraduría General de Justicia para el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación de referencia, presidiendo este acto la LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA, quien da inicio a



la sesión de junta de aclaraciones con la lista de asistencia de los participantes, acto seguido procede a dar lectura a las preguntas presentadas por los participantes.

Una vez leídas las preguntas, la LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración, procede a comunicar a los proveedores participantes lo siguiente:

Que en virtud de las dudas presentadas por los licitantes, así como los aspectos técnicos que revisten cada una de las dudas, de conformidad a lo establecido en el artículo 34 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, así como lo establecido en los artículos 72 y 73 del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente señalado, se suspende el presente evento, y se convoca a los proveedores participantes a presentarse el día **02 de agosto del presente año a las 13:00 Hrs.**, en este mismo sitio, a fin de estar en posibilidades y contar con todos los elementos necesarios para solventar las dudas presentadas.


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.



LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA


LIC. JUAN ENRIQUE VILLAREAL SALAZAR

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ ROCHA


LIC. FEBE PRISCILA BENAVIDES LOZANO

M
Juan Manuel
S
S



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO.

LIC. HILDA YOLANDA PALACIOS ESPINOZA

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

LIC. ABRAHAM LIZARDO SILVA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LIC. MARÍA ASTRID GUERRA MARTÍNEZ

UNIDAD REQUIRENTE
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

LIC. ALTAGRACIA MENDOZA PÉREZ

UNIDAD REQUIRENTE
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

DR. ADOLFO CABALLERO QUINTERO

UNIDAD REQUIRENTE
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

C. JUAN RAMÓN DELGADO CHAVARRÍA

LISTA DE PARTICIPANTES

1. - IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

~~C. ILDEFONSO JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ~~

Noel Natalia Apodaca Arce

2. - BIOTECH DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V.

C. JUAN MANUEL LUNA VELAZQUEZ

3. - INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS MÉDICO DENTALES, S.A. DE C.V.

C. BLANCA EUGENIA VARGAS NAZAR

4. - LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

~~C. FERMIN MERCADO PAYAN~~

FAUSTINO E GOMEZ RAMOS



5. – COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
C. MARCO ANTONIO FERNANDEZ SOLANA _____

6. – SUMINISTROS MEDICOS FORENSES, S.A. DE C.V.
C. HUMBERTO CARLO GARCÍA GOMEZ _____

7. – ACUMEN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
C. ALFONSO NEMESIO RAMOS SORIANO _____

Hoja de firmas perteneciente al acta de Diferimiento de Junta de Aclaraciones, relativa a la Licitación Pública Internacional Presencial No. DGASG-DC-027/2017 relativa al suministro de materiales y reactivos solicitado por la Procuraduría General de Justicia para el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Juan Manuel

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. DGASG-DC-027/2017
SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA PARA EL INSTITUTO CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES.**

31 de julio del 2017

JUNTA DE ACLARACIONES

LISTA DE PARTICIPANTES


1. – IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
C. ILDEFONSO JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ




2. – BIOTECH DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V.
C. JUAN MANUEL LUNA VELAZQUEZ



3. – INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS MÉDICO DENTALES, S.A. DE C.V.
C. BLANCA EUGENIA VARGAS NAZAR



4. – LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
C. FERMIN MERCADO PAYAN



5. – COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
C. MARCO ANTONIO FERNANDEZ SOLANA



6. – SUMINISTROS MEDICOS FORENSES, S.A. DE C.V.
C. HUMBERTO CARLO GARCÍA GOMEZ

7. – ACUMEN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
C. ALFONSO NEMESIO RAMOS SORIANO

9



**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. DGASG-DC-027/2017
SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA PARA EL INSTITUTO CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES.**

JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA SEGUNDA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas del día 02 de agosto del 2017, día y momento señalados en el evento de Junta de Aclaraciones de fecha 31 de julio de 2017, encontrándose reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración ubicada en el 4to. Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua Sur 655, zona centro en Monterrey, Nuevo León, los suscritos LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración, quien interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 fracción XII, 31 fracciones IV y V, Artículo Tercero Transitorio y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 06 de abril de 2016, artículos 5 fracción IV inciso c), 26 fracciones IV y VII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROCHA, en representación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; LA C. LIC. FEBE PRISCILA BENAVIDES LOZANO, en representación de la Secretaría de Infraestructura; EL C. LIC. ABRAHAM LIZARDO SILVA, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; LA C. LIC. HILDA YOLANDA PALACIOS ESPINOZA, en representación de la Secretaría de Economía y Trabajo y LA C. LIC. MARIA ASTRID GUERRA MARTINEZ, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; así como el LIC. JUAN ENRIQUE VILLARREAL SALAZAR, C. Director de Adquisiciones de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales, representantes de la Unidad Requirente y los participantes de la Licitación, cuyas firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el artículo 34 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, y artículos 72, 73 y demás relativos del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se procede a iniciar el evento de la Junta de Aclaraciones relativa a la Licitación Pública Internacional Presencial No. DGASG-DC-027/2017 relativa al suministro de materiales y reactivos solicitado por la Procuraduría General de Justicia para el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación de referencia, presidiendo este acto la LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA, quien procede a dar inicio a la sesión de junta de aclaraciones con la lista de asistencia de los participantes,

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Juan Manuel' and 'dr. Juan']



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

acto seguido se dará lectura a las preguntas presentadas por los participantes.

Preguntas presentadas por el representante de la persona moral denominada **IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, las cuales se anexan a la presente Acta como parte integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:

- 1.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 2.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases de la presente licitación.
- 3.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 4.- Para la Partida 20 del Anexo 1, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 5.- Para la Partida 71 del Anexo 1, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 6.- Para la Partida 81 del Anexo 1, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 7.- Para la Partida 83 del Anexo 1, el número de catálogo correcto es S80191-3, fosfato de sodio dibásico.
- 8.- Para la Partida 89 del Anexo 1, el número de catálogo correcto es 2136-01, glicerina grado Baker, marca Mallinckrodt Baker, frasco de 500 ml.
- 9.- Para la Partida 98 del Anexo 1, el número de catálogo correcto es 3724-01.
- 10.- Para la Partida 108 del Anexo 1, el número de catálogo correcto es 9097-12, Metanol, bajo en agua, frasco de 1L.
- 11.- Para la Partida 116 del Anexo 1, el número de catálogo correcto es 9086-02, 1-Propanol reactivo Baker.
- 12.- Para la Partida 126 del Anexo 1, el número de catálogo correcto es 9458-01, Tricloroetileno estabilizado, frasco de 500 ml, marca JT Baker.
- 13.- Para la Partida 3 del Anexo 2, el número de catálogo correcto es 12740.


M
F
J
Juan Manuel Obeso





- 14.- Para la Partida 16 del Anexo 2, 300 piezas.
- 15.- Para la Partida 12 del Anexo 3, el número de catálogo correcto es N8125010.
- 16.- Para la Partida 33 del Anexo 3, la marca es Cerilliant y el número de catálogo es ERE-13.
- 17.- Para la Partida 12 del Anexo 5, se solicita cajas para evidencia en presentación de paquete con 10 piezas de medidas 24 inches X 12 inches X 10 inches.
- 18.- Para la Partida 25 del Anexo 5, el número de parte es el BU-3.
- 19.- Para la Partida 63 del Anexo 5, es para cámara de secado marca MYSTAIRE modelo MY-FDR72.
- 20.- Para la Partida 64 del Anexo 5, es para cámara de secado marca MYSTAIRE modelo MY-FDR72.
- 21.- Para la Partida 65 del Anexo 5, es para cámara de secado marca MYSTAIRE modelo MY-FDR72.
- 22.- Para la Partida 1 del Anexo 6, la cantidad requerida por caja es con 100.
- 23.- Para la Partida 8 del Anexo 6, presentación de bolsa c/453g cromático.
- 24.- Para la Partida 9 del Anexo 6, son 20 cajas de 96 filtros, con número de catálogo UFC 510096.
- 25.- Para la Partida 10 del Anexo 6, Lata en spray de 300 g.
- 26.- Para la Partida 37 del Anexo 6, paquete con 100 piezas.
- 27.- Para la Partida 40 del Anexo 6, se acepta su propuesta.
- 28.- Para la Partida 47 del Anexo 6, presentación en paquete c/50 cantidad requerida 1 paq.
- 29.- Para la Partida 80 del Anexo 6, el número de parte correcto es el AR0-4623-13. Se requieren 4 paquetes con 1000 piezas.
- 30.- Para la Partida 86 del Anexo 6, el número de parte correcto es el AR0-9921-13.

Juan Manuel de la Cruz



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

- 31.- Para la Partida 149 del Anexo 6, el número de referencia es 2741. Siemens Multistix SG. Reagent Strips for Urinalysis.
- 32.- Para la Partida 150 del Anexo 6, se requieren 500 tubos.
- 33.- Para la Partida 36 del Anexo 9, se requieren focos de la marca MAGCHARGER Modelo: LR0001.
- 34.- Para la Partida 41 del Anexo 9, Ese requiere juego de limas para joyero, paquete con 10 limas.
- 35.- Para la Partida 53 del Anexo 9, se requieren pilas de la marca MAGCHARGER Modelo: ARXX235.
- 36.- Para la Partida 78 del Anexo 9, el número de piezas requeridas son 5.
- 37.- Para la Partida 80 del Anexo 9, el número de catálogo es EF3468X.
- 38.- Para la Partida 81 del Anexo 9, el número de catálogo es EF3468G.
- 39.- Para la Partida 82 del Anexo 9, el número de catálogo es EF3468AG.
- 40.- Para la Partida 83 del Anexo 9, el número de catálogo es EF3468Q.
- 41.- Para la Partida 84 del Anexo 9, el número de catálogo es EF3468AB.
- 42.- Para la Partida 89 del Anexo 9, el número de catálogo es EF9226G (Daigger), número de catálogo Nalgene 4250-0100, paquete con 4.
- 43.- Para la Partida 93 del Anexo 9, modelo 4L, número de catálogo JX7249B.
- 44.- Para la Partida 1 del Anexo 12, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 45.- Para la Partida 4 del Anexo 12, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 46.- Para las Partidas 6 y 7 del Anexo 12, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 47.- Para las Partidas 10, 28, 35, 37, 40, 41 y 46 del Anexo 12, apegarse a la Ficha Técnica y

M
F
J
Juan Manuel



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

Formato de Cotización de la presente licitación.

48.- Para las Partidas 11 a la 26 del Anexo 12, los primeros que se solicitan son de longitudes de 20 – 22 pares de bases. Apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.

49.- Para las Partidas 44 y 45 del Anexo 12, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.

50.- Para las Partidas 29 y 36 del Anexo 12, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.

51.- Para la Partida 3 del Anexo 12, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.

Preguntas presentadas por el representante de la persona moral denominada **BIOTECH DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, las cuales se anexan a la presente Acta como parte integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:

1.- Para la Partida 3 del Anexo 11, el código correcto es MSP9601.

2.- Para la Partida 4 del Anexo 11, el número de catálogo correcto es MS-102-2002.

Preguntas presentadas por el representante de la persona moral denominada **INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS MÉDICO DENTALES, S.A. DE C.V.**, las cuales se anexan a la presente Acta como parte integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:

1.- Las entregas son en cantidades de acuerdo a solicitud y la duración del contrato es al 31 de diciembre de 2017.

2.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.

3.- Se modifica el punto 13.1 de la Convocatoria que contiene las Bases de la presente licitación, para quedar de la siguiente manera:

"13.1 FORMA DE PAGO. 100% dentro de los 45 días naturales posteriores a la entrega de los bienes, a entera satisfacción de **LA UNIDAD REQUIRIENTE**, previa presentación de la factura y garantías correspondientes."



Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name "Juan Manuel" at the bottom.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

4.- La columna que se debe tomar en cuenta para la cotización, es la de "Unidad de Medida".

Preguntas presentadas por el representante de la persona moral denominada **LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**, las cuales se anexan a la presente Acta como parte integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:

- 1.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Formatos de la presente licitación.
- 2.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases de la presente licitación.
- 3.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.

Preguntas presentadas por el representante de la persona moral denominada **COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.**, las cuales se anexan a la presente Acta como parte integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:

- 1.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases de la presente licitación.
- 2.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Formatos de la presente licitación.
- 3.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica, Formatos de la presente licitación y a la presente Junta de Aclaraciones.


4.- No se hace referencia al número de Anexo, así mismo, en ninguna de las partidas solicitada dentro de los anexos, se solicita lo que señalan.

Preguntas presentadas por el representante de la persona moral denominada **ACUMEN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**, las cuales se anexan a la presente Acta como parte integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:

- 1.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases de la presente licitación.
- 2.- Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases, Ficha Técnica y Formatos de la presente licitación.



[Handwritten signatures and notes on the right margin]



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

- 3.- Para la Partida 29 del Anexo 2, solución para rellenar electrodo Ag/AgCl, frasco con 60 mL, Orion 900011 Thermo Scientific.
- 4.- Para la Partida 6 del Anexo 2, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 5.- Para la Partida 132 del Anexo 6, el número de catálogo es 424M2A, Cargille Mineral Reference Sets-Elementary Minerals (<https://www.mccrone.com/cargille-mineral-reference-sets-elementary-minerals>).
- 6.- Para la Partida 79 del Anexo 7, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 7.- Para la Partida 55 del Anexo 7, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 8.- Para la Partida 42 del Anexo 7, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 9.- Para la Partida 42 del Anexo 8, se acepta su propuesta.
- 10.- Para la Partida 54 del Anexo 8, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.
- 11.- Para la Partida 51 del Anexo 9, es papel albanene.
- 12.- Para las Partida 11 a la 18 del Anexo 9, apegarse a la Ficha Técnica y Formato de Cotización de la presente licitación.


En este acto se hace constar que el representante de la empresa **SUMINISTROS MEDICOS FORENSES, S.A. DE C.V.** no asistió al presente evento, ni presentó pregunta alguna.

Se les informa a los participantes lo siguiente:

- 1. Deberán presentar el día 08 de agosto del año en curso a las 10:00 hrs., el sobre con los requisitos Técnicos y Económicos, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación, siguiéndose el procedimiento señalado en el párrafo quinto del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.
- 2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que dentro de la presente sesión modifiquen el contenido de las bases de la Licitación,



Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Juan Manuel'.



"2017, CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES"

serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, en los términos del artículo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas participantes de la presente acta.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA

LIC. JUAN ENRIQUE VILLAREAL SALAZAR

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ ROCHA

LIC. FÉBE PRISCILA BENAVIDES LOZANO

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO.

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

LIC. HILDA YOLANDA PALACIOS ESPINOZA

LIC. ABRAHAM LIZARDO SILVA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

UNIDAD REQUERENTE
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

LIC. MARÍA ASTRID GUERRA MARTÍNEZ

LIC. ALTAGRACIA MENDOZA PÉREZ



Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Juan Manuel'.



UNIDAD REQUERENTE
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

UNIDAD REQUERENTE
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

DR. ADOLFO CABALLERO QUINTERO

QUIM. JUAN RAMÓN DELGADO CHAVARRÍA

LISTA DE PARTICIPANTES

1. - IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
C. ILDEFONSO JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ

2. - BIOTECH DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V.
C. JUAN MANUEL LUNA VELAZQUEZ

Juan Manuel Luna Velázquez Juan Manuel

3. - INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS MÉDICO DENTALES, S.A. DE C.V.
C. BLANCA EUGENIA VARGAS NAZAR

Jorge Alberto Utrán Vargas Jorge Utrán

4. - LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
C. FERMIN-MERCADO-PAYAN

FAUSTINO EDUARDO GOMEZ RAMOS

5. - COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
C. MARCO ANTONIO FERNANDEZ SOLANA

NO ASISTE

6. - SUMINISTROS MEDICOS FORENSES, S.A. DE C.V.
C. HUMBERTO CARLO GARCÍA GOMEZ

NO ASISTE

7. - ACUMEN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
C. ALFONSO NEMESIO RAMOS SORIANO

NO ASISTE

Hoja de firmas perteneciente al acta de Junta de Aclaraciones, relativa a la Licitación Pública Internacional Presencial No. DGASG-DC-027/2017 relativa al suministro de materiales y reactivos solicitado por la Procuraduría General de Justicia para el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.




**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. DGASG-DC-027/2017
SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA PARA EL INSTITUTO CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES.**

02 de agosto del 2017

JUNTA DE ACLARACIONES

LISTA DE PARTICIPANTES


1. - IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
C. ILDEFONSO JESÚS VÁZQUEZ GONZÁLEZ

Wé D. Asadaca Ace 

2. - BIOTECH DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V.
C. JUAN MANUEL LUNA VELAZQUEZ

Juan Manuel Luna Velazquez *Juan Manuel*

3. - INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS MÉDICO DENTALES, S.A. DE C.V.
C. BLANCA EUGENIA VARGAS NAZAR

Jorge Alberto Cuevas Varga 

4. - LOGISTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
C. FERMIN MERCADO PAYAN

Fernando Gomez Ramos

5. - COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
C. MARCO ANTONIO FERNANDEZ SOLANA

NO ASISTE

6. - SUMINISTROS MEDICOS FORENSES, S.A. DE C.V.
C. HUMBERTO CARLO GARCÍA GOMEZ

NO ASISTE

7. - ACUMEN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
C. ALFONSO NEMESIO RAMOS SORIANO

NO ASISTE



Monterrey, N.L. a 31 de Julio de 2017

DIRECCION DE CONCURSOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

“LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. DGASG-DC-027/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES”

Junta de Aclaraciones

Preguntas Técnicas

DEL ANEXO 12: Applied Biosystems, partida 5 “DS-36 Matrix Standard (Dye Set J6)”, partida 8 “Multi-Capillary DS_33 (Dye Set G5), Matrix Std Kit.”, partida 9 “Prepfiler EXPRESS BTA forensic DNA extraction kit. Caja/53 pruebas”, partida 31 “POP 4® Polymer, 3500 Series”, partida 32 “POP 4® Polymer, 3130 Series”, partida 33 “Cathode Buffer Container 3500 Series”, partida 34 “Anode Buffer Container 3500 Seires”, partida 38 “Capillary Array, 36 cm, 3500 Series Genetic Analyzer.”, partida 39 “3130 Genetic Analyzer Capillary Array, 36 cm. 150 runs”, partida 40 “Plate Septa 96-Well”, partida 42 “Septa Cathode Buffer Container”, partida 43 “Prepfiler Bta forensic DNA Extraction”.

La convocante solicita productos de una marca específica, Thermo Fisher Scientific, que están diseñados para trabajar en los equipos de la misma marca con los que cuenta el laboratorio de genética por lo que no existen sustitutos en el mercado. Sin embargo, las partidas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 46 no son propias de los equipos y existen más marcas en el mercado que cumplen con las mismas especificaciones que solicitan y, en algunos casos, las superan, además de ser más económicas y que actualmente son utilizadas por la dependencia. Solicitamos a la convocante separar este anexo en 2 partes, una con aquellos productos propios de la marca que no es posible cambiar (partidas 5, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43) y otro en donde se puedan ofertar otras marcas con iguales características o superiores, esto con el fin de fomentar la libre participación y competencia en beneficio de la economía y competencia técnica del Gobierno del Estado.

ATTE:


NOE NEFTALI APODACA ARCE
REPRESENTANTE LEGAL

se ubar manual

Monterrey, N.L. a 28 de Julio de 2017

DIRECCION DE CONCURSOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

“LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. DGASG-DC-027/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES”

Junta de Aclaraciones

Preguntas Administrativas

- ② 1.- Solicitamos amablemente a la convocante que se otorgue anticipo ya que solicitan material de importación. ¿se acepta?
- ③ 2.-En el punto 7.1 documentación que deberá contener el sobre de la propuesta técnica y económica, inciso t solicitan carta debidamente firmada por el mayorista de los bienes para los interesados en participar en los anexos 3,10,11,12 y 14, en la ficha técnica publicada en el anexo 5 también solicitan la carta de distribuidor, nos pueden aclarar si esta carta también es obligatoria para el anexo 5?


Preguntas Técnicas

- ④ 1. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 20 En la descripción se menciona el reactivo Ácido sulfanilico, frasco con 500g, pureza 99% marca Sigma, catalogo: S5263-500G, sin embargo este producto ha sido discontinuado por el fabricante. Se solicita a la convocante se nos permita ofertar otra marca.
- ⑤ 2. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 71 En la descripción se menciona el reactivo Estándar de Perclorato, grado TraceCert material de referencia certificado de 1000mg/L, catalogo: 76462, sin embargo este producto ha sido discontinuado por el fabricante. Se solicita a la convocante se nos permita ofertar otra marca.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including the name 'Juan Manuel' written vertically.

3. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 81 En la descripción se menciona el reactivo Formiato de sodio, grado reactivo, frascode 500g, marca Sigma Aldrich, catálogo: 25204, sin embargo este producto ha sido discontinuado por el fabricante. Solicitamos a la convocante que se nos permita ofertar otra marca.
4. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 83 En la descripción se menciona el reactivo Fosfato de sodio dibásico, grado reactivo, frasco con 500 g, marca Fisher 58091-3, sin embargo el número de catálogo no coincide con la descripción del reactivo. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo.
5. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 89 En la descripción se menciona el reactivo Glicerina, grado reactivo, frasco de 1 litro catálogo 2136-60. Sin embargo el número de catálogo no coincide con la descripción. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo.
6. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 98 En la descripción se menciona el reactivo Hidróxido de sodio, escamas, frasco con 500 gramos, marca JT Baker, catálogo 3274-01. Sin embargo el número de catálogo no coincide con la descripción del reactivo. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo.
7. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 108 En la descripción se menciona el reactivo Metanol, frasco de 1 litro, marca JT Baker, grado reactivo, catálogo 9070-02. Sin embargo el número de catálogo no coincide con la descripción del reactivo. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo.
8. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 116 En la descripción se menciona el reactivo Propanol, frasco de 1 litro, grado reactivo, marca JT Baker, catálogo 9086-02. Sin embargo el número de catálogo no coincide con la descripción del reactivo. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo.
9. Anexo 1: Reactivos de Laboratorio Partida 126 En la descripción se menciona el reactivo Tricloro-etileno, estabilizado grado reactivo, frasco de 1 L, marca Jt Baker. Sin embargo el número de catálogo no coincide con la descripción del reactivo. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo.

Manuel



10. Anexo 2 reactivos de laboratorio especializado, partida 3 solicitan amido black acuoso It marca forensics source, favor de aclarar si el número de parte que solicitan es el 1-2740 ya que en la ficha técnica publicada viene ene-40 y ese número no corresponde a la marca forensics source.

11. Anexo 2 reactivos de laboratorio especializado, partida 16 solicitan kit para determinar manchas latentes de sangre marca forensics source numero de calago 4-7840, la presentación de este numero de parte es de una botella (pieza) y en la ficha técnica publicada dice que la unidad de medida es de 25 piezas, favor de aclarar ¿cuantas piezas en realidad se necesitan?

12. Anexo 3: Reactivos Perkin Elmer Partida 12 En la descripción se menciona Estándar de Calibración para Elan 9000/6X00 Dual Detector, frasco con 100 mL, marca Perkin Elmer, cat. N8125503 y en la columna catálogo se menciona el número de catálogo: N8125010. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo.


13. Anexo 3: Reactivos Perkin Elmer Partida 33 En la descripción se menciona el reactivo Estándar multicomponentes, method 8330 kit, con 14 ampulas por kit, marca Cerilliant, catalogo ERE-013. Sin embargo en la columna marca menciona Perkin Elmer, catálogo ERE-013. Solicitamos a la convocante que se nos aclare el número correcto de catálogo y/o la marca correcta.

14. Anexo 5 materiales armor forensics partida 12: solicitan evidence pouches(cajas para embalar evidencia), nos podran aclarar que es lo que solicitan ya los pouches son bolsas y estas ya fueron descontinuadas, y si lo que necesitan son cajas para evidencia de que medida se requieren y en que presentacion?

15. Anexo 5 materiales armor forensics partida 25: nos podrian confirmar si el numero de parte del kit de colección de sangre y orina que solicitan es el bu-3 ya que el numero de parte 4000-1 que etsa publicado en la ficha tecnica no es un numero de parte del catalogo de armor forensics?

16. Anexo 5 materiales armor forensics partida 63: solicitan filtro hepa nos pueden aclarar para que equipo y modelo solicitan este filtro ya que en la ficha tecnica aparece una fecha ene-22 y no el numero de catalogo?

Juan Manuel



17. Anexo 5 materiales armor forensics partida 64: solicitan filtro de carbon activado nos pueden aclarar para que equipo y modelo solicitan este filtro ya que en la ficha tecnica aparece una fecha ene-21 y no el numero de catalogo?

17

18. Anexo 5 materiales armor forensics partida 65: solicitan prefiltro nos pueden aclarar para que equipo y modelo solicitan este filtro ya que en la ficha tecnica aparece una fecha ene-23 y no el numero de catalogo?

18

19. Anexo 6 material de curacion partida 1 .Agua inyectable 3 ml cantidad 10 Cajas , Solicitamos a la convocante nos especifique cantidad por caja requerida ya que no está especificado .

19

20. Anexo 6 material de curacion partida 8 .Solicitan Alguinato cantidad 10 piezas .Solicitamos a la convocante especificar presentación requerida del producto .

20

21. anexo 6 material de curacion partida 9 .Solicitan Amicon Ultra 0.5 100K Centrifugal Filter Unit with Ultracel -100 membrane catalogo UFC510024 CANTIDAD 20 CAJAS C/96 . Queremos aclarar a la convocante que numero de parte UFC510024 en columna catalogo corresponde a presentación caja c/24 y en columna Unidad de Medida solicitan presentación caja c/96 . Solicitamos a la convocante nos aclare cantidad requerida de membranas.

21

22. anexo 6 material de curacion partida 10 .Solicitan Antibacterial Lysol en aerosol cantidad 25 cajas c/12 . Solicitamos a la convocante especificar presentación requerida del producto .

22

23. anexo 6 material de curacion partida 37 .Solicitan Cubre calzado ANTIDESLIZANTE cantidad 50 paquetes . Solicitamos a la convocante especificar cantidad requerida por paquete

23

24. Anexo 6 material de curacion partida 40 . Solicitan Cuchillos para cortar órganos catalogo 10-036-17-07 cantidad 3 piezas .Solicitamos a la convocante nos confirme si es posible cotizar catalogo 3-334 siendo este catálogo cuchillo para acortar órganos de 90mm x15mm

24

25. Anexo 6 material de curacion partida 47 . Solicitan Esqueletos de Radiografías paquete c/50 cantidad 1 pieza . Queremos aclarar a la convocante que en descripción se hace referencia a presentación de producto en caja c/50 y en la columna de Unidad de Medida solicitan pieza.

25

Manuel

Solicitamos a la convocante nos aclare presentación y cantidad requerida de Esqueletos para Radiografía ..

26. Anexo 6 material de curación, partida 80: solicitan inserto de vidrio silanizado de 300 ul, para vial de 12 x32 marca phenomenex, paquete con 1000 CAT. AR0-4623-13, queremos aclarar a la convocante que en la descripción viene el número de cat AR0-4623-13 y en la columna de catálogo de la ficha técnica publicada viene el número AH0-4615-52. solicitamos a la convocante nos aclare cual es el número de parte que debemos considerar ya que las presentaciones que requieren no coinciden con los números de parte que solicitan y además cual es la cantidad total de insertos que se requieren.

27. ANEXO 6 MATERIAL DE CURACION PARTIDA 86 . Solicitan Kit de Vial de 2 ml , con tapas de rosca de polipropileno de 9 mm , con septa de PTFE/silicona , con zona de estructura , marca Phenomenex , paquete con 1000, No . cat AR0-9921-13 paquete C/1000 . Queremos aclarar a la convocante que en la descripción viene el número de cat AR0-9921-13 y en columna de catálogo de la ficha técnica publica viene el número AR0-9922-13. Solicitamos a la convocante nos aclare cual es el número de parte que debemos considerar ya que hay diferencias en color entre ambos números de parte .

28. Anexo 6 material de curación partida 149. solicitan tiras reactivas para la determinación en orina de glucosa, bilirrubina, cetona, sangre, ph y proteínas, frasco con 100 tiras, marca siemens cat. 718686. solicitamos a la convocante revise y nos confirme el no. de catálogo ya que éste no corresponde al material solicitado.

29. Anexo 6 material de curación partida 150. solicitan tubos de ensayo para colección de sangre completa, con edta, de 13 x 100, tapón lavanda, marca bd, paquete con 100 tubos, no. de cat. 367863. queremos aclarar a la convocante que para este no. de catálogo la presentación es caja con 1000 piezas, lo cual discrepa con lo solicitado en la descripción (paquete con 100 tubos). solicitamos a la convocante nos aclare la cantidad de tubos requeridos.

30. Anexo 9 materiales misceláneos partida 36. . solicitan focos para mag lite lampara con número de catálogo lwsa201. solicitamos a la convocante revise y nos confirme el número de parte solicitado.

31. Anexo 9 materiales misceláneos partida 41. solicitan juego de limas de triángulo de acero inoxidable. solicitamos a la convocante nos aclare la

Joan Manuel

cantidad de limas que deberá contener el juego solicitado ya que la cantidad en la descripción y la unidad de medida no coinciden.

35

32. Anexo 9 materiales misceláneos partida 53. solicitan pilas para lámpara mag lite. solicitamos a la convocante nos especifique el modelo o tipo de pilas solicitadas ya que no lo indica.

36

33. Anexo 9 materiales misceláneos partida 78. solicitan contenedor de tubos con divisores, paquete con 5, marca tubby heathrow scientific, cat. HS23453. solicitamos a la convocante confirmar el número de piezas requeridas, ya que para este no. de catálogo marca la presentación es pieza individual y no en paquete de 5 como se indica en la unidad de medida.

37

34. Anexo 9 materiales misceláneos partida 80. solicitan cribas de 8 pulgadas de diámetro, de 2 pulgadas de fondo, de acero inoxidable, de 180 um de tamaño de poro, 80us stand, marca retsch, catálogo daigger no. JX4913N. solicitamos a la convocante revisar y confirmar el no. de catálogo solicitado ya que este número no existe o fue discontinuado por el proveedor.

38

35. Anexo 9 materiales misceláneos partida 81. solicitan cribas de 8 pulgadas de diámetro, de 2 pulgadas de fondo, de acero inoxidable, de 180 um de tamaño de poro, 10 us stand, marca retsch, catálogo daigger no. JX4913JJ. solicitamos a la convocante revisar y confirmar el no. de catálogo solicitado ya que este número no existe o fue discontinuado por el proveedor.

39

36. Anexo 9 materiales misceláneos partida 82. solicitan cribas de 8 pulgadas de diámetro, de 2 pulgadas de fondo, de acero inoxidable, de 32 um de tamaño de poro, 450 us stand, marca retsch, catálogo daigger no. JX4913C. solicitamos a la convocante revisar y confirmar el no. de catálogo solicitado ya que este número no existe o fue discontinuado por el proveedor.

40

37. Anexo 9 materiales misceláneos partida 83. solicitan cribas de 8 pulgadas de diámetro, de 2 pulgadas de fondo, de acero inoxidable, de 500 um de tamaño de poro, 35 us stand, marca retsch, catálogo daigger no. JX4913AA. solicitamos a la convocante revisar y confirmar el no. de catálogo solicitado ya que este número no existe o fue discontinuado por el proveedor.

41

38. Anexo 9 materiales misceláneos partida 84. solicitan cribas de 8 pulgadas de diámetro, de 2 pulgadas de fondo, de acero inoxidable, de 90 um de tamaño de poro, 170 us stand, marca retsch, catálogo daigger no.

Juan Manuel

JX4913J. solicitamos a la convocante revisar y confirmar el no. de catálogo solicitado ya que este número no existe o fue discontinuado por el proveedor.

40

39. Anexo 9 materiales misceláneos partida 89. solicitan embudo de filtración de plástico, marca nalgene, de 104 mm diámetro, paq. de 6, catálogo daigger no. FX9227C. solicitamos a la convocante revisar y confirmar el no. de catálogo solicitado ya que este número no existe o fue discontinuado por el proveedor.

43

40. Anexo 9 materiales misceláneos partida 93. solicitan empuñadura para bisturí de acero inoxidable (mango de bisturí), cat. daigger JX249B. solicitamos a la convocante revisar y confirmar el no. de catálogo solicitado ya que este número no existe o fue discontinuado por el proveedor.

44

41. Anexo 12: Applied Biosystems, partida 1 "AmpFLSTR® Identifier® Plus PCR Amplification Kit." Solicitan un producto 15 marcadores genéticos para identificación humana de marca específica, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un producto de los mismos marcadores genéticos de otra marca igualando o superando características técnicas como más rápido tiempo de reacción, validación forense, que además ha sido previamente utilizado en su laboratorio y funciona en conjunto con los artículos solicitados en partidas 5 y 22 del Anexo 2: Reactivos de Laboratorio Especializado.

45

42. Anexo 12: Applied Biosystems, partida 4 "GlobalFiler™ PCR Amplification Kit." Solicitan un producto 22 marcadores genéticos para identificación humana de marca específica, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un producto de los mismos marcadores genéticos de otra marca igualando o superando características técnicas, incluya un sensor de calidad para la interpretación debida del electroferograma resultante, validación forense, que además ha sido previamente utilizado en su laboratorio y funciona en conjunto con los artículos solicitados en partidas 5 y 23 del Anexo 2: Reactivos de Laboratorio Especializado.

Juan Manuel

46

43. Anexo 12: Applied Biosystems, partida 6 "Quantifiler® Trio DNA Quantification Kit" y partida 7 "Quantifiler® HP DNA Quantification Kit" Solicitan productos para cuantificación de ADN humano y evaluación de calidad con fines forenses, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un producto con características técnicas equivalentes validado para su uso forense en los equipos con los que actualmente cuenta la institución.

47

44. Anexo 12: Applied Biosystems, partida 10 "2'-Deoxyribonucleoside-5'-Triphosphate Solutions (dNTPs) Premixed dNTP (All 4), 25 mM", partida 28 "Proteinase K, 1GR", partida 35 "Storage Plate. 0.8 mL deepwell storage

Juan Manuel

plates for cell culture or sample storage applications”, partida 37 “Reservoir, 5 mL”, partida 40 “Plate Septa 96-Well”, partida 41 “Reaction plate 96 well placas para analizar” y partida 46 “MicroAmp reaction tube with cap, 0.2 mL.” Solicitan consumibles comunes en el mercado sin características específicas que provea la marca Applied Biosystems – Thermo Fisher Scientific, no obstante, se enlistan de dicha marca en particular, con fines de promover la libre participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar productos de otra marca que cumplan con la función solicitada.

45. Anexo 12: Applied Biosystems, partidas 11 a la 26 “Primer [...] 25nmol, Desalt”.

46. Solicitan un conjunto de iniciadores para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que son sintetizados bajo solicitud. Solicitamos a la convocante especifique la secuencia secuencia nucleotídica deseada para cada uno de dichos iniciadores para ordenar su síntesis, así como nos permita ofertar productos con la misma especificación de otra marca sin comprometer su calidad.

47. Anexo 12: Applied Biosystems, partidas 44 y 45 “4N6FLOQSwabs for Crime Scene [...]” Solicitan hisopos validados para toma de muestras forenses de marca específica, con el fin de no limitar la participación solicitamos a la convocante nos permita ofertar otros hisopos de validados para toma de muestra forense de otra marca.

48. Anexo 12: Applied Biosystems, partida 29 “AmpliAq Gold 360 Master Mix” y partida 36 “PCR SuperMix High Fidelity”. Solicitan consumibles para PCR con características comunes en el mercado, con el fin de promover la libre participación nos permita ofertar productos equivalentes con iguales o superiores especificaciones técnicas de una marca distinta.

49. Anexo 12: Applied Biosystems, partida 3 “AmpFLSTR® MiniFiler™ PCR Amplification Kit” Solicitan un kit para identificación humana con 8 marcadores genéticos pequeños orientadas al análisis de ADN degradado, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un kit de identificación humana 30 marcadores genéticos pequeños orientados al análisis de ADN degradado, validado para su uso forense con un poder de exclusión mucho mejor debido al número de marcadores, de una marca distinta.

ATTE:


Santos Antonio Orta Lira
Representante Legal


48

47


50

51

don manuel



BIOTECH DEL NORTE



Monterrey, Nuevo León 28 de Julio 2017

**Dirección de Concursos de la
Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
de la Secretaría de Administración.
PRESENTE.-**

Con el propósito de participar en la Junta de Aclaraciones de la: **“Licitación Pública Internacional Presencial No. DGASG-DC-027/2017 Suministro de materiales y reactivos solicitado por la Procuraduría General de Justicia para el Instituto Criminalística y Servicios Periciales”**, solicito las siguientes aclaraciones:

1. En la ficha técnica, anexo 11: Reactivos Illumina, partida n.3; el número de catálogo HSP-9601, no corresponde a la descripción y el número de catálogo que corresponde es el código MSP9601.
2. En la ficha técnica, anexo 11: Reactivos Illumina, partida n.4, el número de catálogo MS-102-3003 no corresponde a la descripción “MiSeq reagent kit v2”, el número de catálogo corresponde a la siguiente descripción “MiSeq- Reagent Kit v3 (600 cycle)”.

Los datos de registro para participar son los siguientes:

Nombre de la empresa: **Biotech del Norte S.A.P.I de C.V**

Representante Legal: **Juan Manuel Luna Velázquez**

Firma de Representante Legal: Juan Manuel Luna Velázquez

México D.F.
Oficinas Centrales
Lago Zurich No. 219,
Carso II, Piso 12 Of. 2004
Col. Ampliación Granada
Del. Miguel Hidalgo
México, D. F. C.P. 11529.
Tel. +52 (55) 41 24 00 61 y 62
Atención a clientes:
01.800.112.4684

Guadalajara
Edificio Punto Sao Paulo
Piso 23 – Oficina 2324
Av. de las Américas 1545
Col. Providencia, C.P. 44630
Guadalajara, Jal.
Tel. +52 (33) 80 00 04 57

Monterrey
Oficinas Operativas
Av. Morones Prieto 2912 Poniente
Col. Del Carmen,
Monterrey, N.L.
C.P. 64710
Tel +52 (81) 81 43 10 89

Monterrey
Domicilio Fiscal
Ave. Vasconcelos 150 Ote.
Plaza O2, Local 10, Of. 233
Col. Del Valle
San Pedro Garza García, NL
CP 66220
Tel +52 (81) 82 62 80 32
Fax +52 (81) 82 62 80 03

BIOTECH DEL NORTE

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the initials 'M', 'R', 'H', 'G', 'A', 'L', 'S', 'D', 'E', 'L', 'N', 'O', 'R', 'T', 'E']



INTERNACIONAL DE ARTICULOS MEDICO DENTALES, S.A. DE C.V.

Casas Grandes No. 117 Colonia Mitras Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64460
Tel (81)83-46-43-43 blancavargas@prodigy.net.mx

28 de julio de 2017

Gobierno Del Estado De Nuevo León
Secretaria De Administración
Dirección General De Adquisiciones Y Servicios Generales
Dirección De Concursos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL NO. DGASG-DC-027/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL INSTITUTO CRIMINALÍSTICA Y SERVICIOS PERICIALES.


JUNTA DE ACLARACIONES


- 1.- En el punto 12 de la base referente a términos y condiciones de la contratación: no menciona si es una sola entrega del anexo completo o es suministro en cantidades de acuerdo a solicitud, no menciona la duración del contrato.
- 2.- En el punto 12.2 referente a tiempo de entrega solicito se extienda el tiempo de entrega a 60 días naturales.
- 3.- En el punto 13.1 referente a la forma de pago, solicito se reduzca el tiempo de pago a 45 días naturales.
- 4.- En la mayoría de los Anexos, en la descripción marca el producto y dice cuántas piezas debe de contener pero en la unidad de medida dice pieza, la pregunta es a cuál de las dos columnas se debe tomar en cuenta para la cotización, a la descripción o a la unidad de medida, EJEMPLO:

ANEXO 10: MATERIALE SIRCHIE

| POSPRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | CATALAGO | CANTIDAD | U. MEDIDA | COORDINACION | CATEGORIA | |
|--------|-------------|--|----------|----------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 39 | 255011 | CONTENEDORES PARA FRAGMENTOS CALCINADOS/10 | SIRCHIE | AEC03 | 5 | PZA | SEMEFO | SIRCHIE |

Atentamente


Dra. Blanca Eugenia Vargas Nazar
Representante legal


INTERNACIONAL DE ARTICULOS
MEDICO DENTALES S.A. DE C.V.
IAM 921119 701

Juan Manuel



Logística y Tecnologías para Laboratorios S.A. de C.V.

Licitación Pública Internacional Presencial
No. DGASG-DC-027/2017
Suministro de Materiales y Reactivos Solicitados
por la Procuraduría General de Justicia para el
Instituto de Criminalística y Servicios Periciales

**Dirección de Concursos de la Dirección General
de Adquisiciones y Servicios Generales
de la Secretaría de Administración.
PRESENTE.-**

PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES

| | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Referencia | Punto 7.1, inciso J) Manifestación sobre la estratificación en caso de encontrarse en las consideradas MIPYMES. |
| | Pregunta | El formato adjunto a las bases difiere del recuadro publicado en el Diario Oficial de la Federación donde se establece la estratificación de empresas, para lo cual solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indique si es posible realizar la corrección en el formato, toda vez que el dato que faltante en el recuadro es indispensable para manifestar la estratificación de nuestra empresa. |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 2 | Referencia | Punto 7.1, inciso K) Infraestructura, El Licitante para acreditar su experiencia técnica deberá presentar el curriculum de la empresa además de la documentación solicitada de cualquiera de las viñetas. |
| | Pregunta | Respecto al cumplimiento puntual de alguna de las cuatro viñetas, solicito se aclare si se cumple a satisfacción con la primera viñeta, con la presentación de algún contrato donde se evidencie la experiencia de venta y entrega respectiva de los productos a ofertar en la presente licitación. O bien, para cumplir con la cuarta viñeta si se acepta la presentación de las fichas técnicas de los productos a ofertar. |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 3 | Referencia | Punto 7.1, inciso U) Todos los Requisitos solicitados en la ficha técnica de la presente licitación. |
| | Pregunta | Solicitamos a la convocante nos indique si el inciso "U" se refiere al algún listado de documentos que demos anexar o algún documento extra. |

Protesto lo necesario

Monterrey, Nuevo León a 31 de Julio del 2017

**Edgar Contreras Morales
Apoderado Legal**

Logística y Tecnologías para Laboratorios S.A. de C.V.



31 JUL 2017

LOGISTICA Y TECNOLOGIAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. LTL0611PM3
DEPARTAMENTO DE VENTAS

Juan Manuel

PREGUNTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Secretaría de Administración
Dirección General de adquisiciones y Servicios Generales
Dirección de Concursos
Presente.-

El suscrito JOSE VARGAS RANGEL representante legal de COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., manifiesto que mi representada tiene las siguientes dudas respecto de la Licitación Pública Internacional Presencial No. DGASG-DC-027/2017.

PREGUNTAS DE CARÁCTER NORMATIVO

① PUNTO 7.1 INCISO k) INFRAESTRUCTURA....CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO...
SE REFIERE A FACTURAS SELLADAS DE RECIBIDO O ALGUNA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE
CLIENTES Y QUE CANTIDAD DE CARTAS O FACTURAS?

② PUNTO 7.1 INCISO t) CARTA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL MAYORISTA...
ESTA CARTA APLICA PARA LA PRESENTE LICITACION O A QUE ANEXOS SE REFIERE?

PREGUNTAS DE CARÁCTER TECNICO

③ EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 12, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 45, 59, 60, 61,62 Y 64, SE
HACE REFERENCIA A ALGUNA MARCA O MODELO EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ESTO SERA
LIMITANTE PARA ACEPTAR OTRAS MARCA Y MODELOS POR PARTE DE LA CONVOCANTE?

④ PARTIDA 71. TINA PARA LAVADO
LA DESCRIPCION ES TINA DE LAMINA GALVANIZADA DE 83CM DE LARGO POR 42CM DE ANCHO,
ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
DE QUE PROFUNDIDAD ES LA TINA?
ES PARA EMPOTRAR O REQUIERE DE ALGUNA PIEZA QUE LA SOSTENGA (PATAS O RUEDAS)?

ATENTAMENTE,

JOSE VARGAS RANGEL

MONTERREY, N.L. A 28 DE JULIO DE 2017

Acumen Telecomunicaciones SA de CV

1. ¿Es necesario presentar el Registro al Padrón de Proveedores del Estado de Nuevo León el día de Acto y Presencia de las Propuestas?
2. Sobre los reactivos Fenol Crómico y Nitrato de Uranio, especificados en el Anexo 1 Reactivos Laboratorio, la pregunta consiste en lo siguiente, ¿en caso de ser adjudicados con dicha partida La Unidad Convocante puede apoyar en el trámite para adquirir los productos arriba descritos, en caso de que tengan que ser importados y requieran certificados y permisos por La Unidad Requirente?
3. Anexo 2 Reactivos de Laboratorio Especializado, insumo 29 Solución para rellenar electrodo (potenciómetro), ¿Podrían indicar para que electrodo en específico es la solución? (ej. Potasio, Cloruro, etc).
4. Anexo 2 Reactivos de Laboratorio Especializado, insumo 6 Estándar de desempeño para GC/MS, marca Nist, SMR 1543 ¿Nos podrían indicar un producto similar u homólogo de este producto?
5. Anexo 6- Material de Curación, insumo 132 Set de Materiales elementales, marca Cargille, cat. 424M2A ¿Nos podrían confirmar el número de catálogo? Pues todo indica que ha cambiado de número y no es posible localizarlo así.
6. Anexo 7 Material de laboratorio, insumo 79, Kit para mantenimiento de automuestreador Agilent serie 1100, Agilent, cat. No G1313ALS La Unidad Requirente nos podría confirmar el número de catálogo, pues al parecer este insumo está siendo discontinuado.
7. Anexo 7 Material de laboratorio, insumo 55, Gradilla para viales de 2 mL de 12 mm, en plástico azul, capacidad de 50 viales, paquete con 5 de la marca Agilent. El licitante quiere saber si La Unidad Requirente podría aceptar un similar de este producto pero de otra marca, favor de especificar si acepta y cuál sería la otra opción a cotizar.
8. Anexo 7 Material de laboratorio, insumo 42, sobre los fórceps corte (MeisterHand Kleinhert-Kutz Ruskin Bone Splittin Forceps, Integra Miltex 152mm. ¿Es posible conseguir un similar sobre insumo? ¿Tiene alguna otra opción sobre este tipo de instrumental?
9. Anexo 8- Material de Laboratorio Especializado, insumo 42 Regla para medir el cuerpo 213.04 cm. Marca Thermo Shandon. ¿La Unidad Requirente aceptaría la misma regla pero de la marca Mopec?

Juan Manuel

10. Anexo 8- Material de Laboratorio Especializado, insumo 54 Tarjeta desechable para muestras de infrarrojo, con dos ventanas, modelo K3, marca Albrayco Technologies, sobre este insumo, ¿Es posible que nos indiquen algún sustituto que cumpla en funcionalidad y calidad que La Unidad Requirente nos solicita?
11. Anexo 9 Materiales Misceláneos, insumo 51 Papel calca, 87 cm ancho x 90 mts de largo. ¿Quisiéramos saber si se refieren a qué tipo de papel calca se refieren, papel albanene o papel carbón?
12. Anexo 9 Materiales Misceláneos, insumos del 5 al 18, ¿Se aceptarían que se cotizarán por kilos?

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Juan Morvel

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]